



Quimifort Comercio de Produtos Quimicos e Laboratorial Eireli
Rua Barão de Araxá, nº 382 - Centro - CEP 66.050-070
Fone: (65) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifort@quimifort.com.br
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-4

Cliente.: Prefeitura Municipal de Itatinga

Att.: Comissão Permanente de Licitação

Pregão Presencial nº.: 0307.01/2017/PP

Abertura: 19/07/2017 às 14:00

Objeto: Aquisição de Material Permanente Destinados a Atender o PSF e CEO vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Itatinga-CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

Discriminação

Item	Quant. Apr.	Equipamento p/ Consultório Odontológico: Cadeira, Mesa do Equip. Refletor. Mocho. Cadeira Odontológica: com acionamento através de sistema de moto reductor, com oito movimentos automáticos, sendo 4 individuais, 3 automáticos, 2 sincronizados, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "last position", e apoio de braços, direito e esquerdo rebatível.	Marca	V. Unit.	Quantidade	Total	Valor
1	3	UND	DENTEMED	R\$ 14.600,00	seiscentos e quatorze mil e	R\$ 43.800,00	quarenta e três mil e oitocentos
2	3	UND	CALLU	R\$ 454,00	cinquenta e quatrocentos e	R\$ 1.362,00	um mil, trezentos e sessenta e dois reais
3	10	UND	CALLU	R\$ 377,85	trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos	R\$ 3.778,50	três mil, setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos
4	10	UND	CALLU	R\$ 397,57	trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$ 3.975,70	três mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos

	<p>Aparelho de Ultrassom Odontológico, composto por jato de bicarbonato: Aparelho de ultra-som piezoelétrico constituído de um circuito oscilador que envia tensão com frequência de 28 KHz para a peça de mão (transdutor) com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra. Vibração com movimento linear Antero-posterior longitudinal ao cabo sem a necessidade de esterilizar em autoclave para maior longevidade do transdutor, peça de mão leve e anatômica, duas capas do transdutor removível e autoclavável a 135°C, 4 pontas de raspagem autoclaváveis a 135°C, chave universal para troca das pontas com prolongador que impeça o contato manual diminuindo o risco de ferimento ao usuário, revestido em poluretano autoclavável a 135°C. Chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 mm), circuito eletrônico com estabilizador de frequência com seleção automática de 28 KHz constante que mantém a vibração mesmo quando há oscilações da tensão da rede, mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poluretano de superfície lisa de alta durabilidade e fácil limpeza e desinfecção, pedal de comando com acionamento progressivo de qualquer ângulo com facilidade, fusível de proteção, reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 01 filtros de ar, mangueiras lisas e flexíveis, reservatório e bomba de sucção que permita a utilização de líquido para assepsia no procedimento. Aparelho com garantia de reposição do transdutor do ultra-som. em caso de defeito. Dimensões aproximadas de 30 x 36 x 25 cm (L x C x A). Consumo aproximado de 10 L/min. Pressão aproximada de 60 psi (min) a 80 psi (max). Potência mínima aproximada de 25 VA. Alimentação de 110 a 220V. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. MODELO COTADO: BIOSALER SEM BOMBA C/3 PONTAS G1, G2, G4 Potencia 5 estágios 0,34 x 0,34 x 0,24 (L x C x A)</p>	ORTUS	R\$ 2.170,33	e setenta reais	R\$	6.510,99	seis mil,
<p>7 3 UND</p>	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico(FLUXO DE AR) (l/min): 170 (litros/min); deslocamento teórico em (pcm): 6 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M.; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310", tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia. MODELO COTADO: COSMOS 145</p>	FIAC	R\$ 2.640,00	seiscentos e quarenta reais	R\$	13.200,00	treze mil e duzentos reais
<p>9 5 UND</p>	<p>Raio x odontológico intra oral: Raios-x com base de ferro fundido em forma de U dimensionada para movimentação do equipamento com estabilidade, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, seleção de exposição de tempo 0,1 a 2,5 segundos, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente adulto ou infantil, norma jis z 2801 banho de proteção anti-microbiano e anti-bactericida nas superfícies de contato, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x possui total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária e acompanha Certificação de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado. TENSÃO : 127/220V EM 50/60 HZ; FCCO : 0,8 X 0,8 MM; POTÊNCIA : 950 VA; FUSÍVEL : 15 A (127 V) E 10 A (220 V); COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1095 mm. INCLUINDO SENSOR DIGITAL COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MODELO COTADO: Raios x Procion Ion 70x Digital Plus – 70 Kvp -Coluna móvel ou Fixo Chão Voltagem - 127/220 v Garantia - 02 anos (24 meses da data de fabricação)</p>	PROCION	R\$ 8.332,50	reais e trinta e dois	R\$	16.665,00	dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais
<p>11 2 UND</p>	<p>Raio x odontológico intra oral: Raios-x com base de ferro fundido em forma de U dimensionada para movimentação do equipamento com estabilidade, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, seleção de exposição de tempo 0,1 a 2,5 segundos, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente adulto ou infantil, norma jis z 2801 banho de proteção anti-microbiano e anti-bactericida nas superfícies de contato, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x possui total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária e acompanha Certificação de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado. TENSÃO : 127/220V EM 50/60 HZ; FCCO : 0,8 X 0,8 MM; POTÊNCIA : 950 VA; FUSÍVEL : 15 A (127 V) E 10 A (220 V); COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1095 mm. INCLUINDO SENSOR DIGITAL COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO MODELO COTADO: Raios x Procion Ion 70x Digital Plus – 70 Kvp -Coluna móvel ou Fixo Chão Voltagem - 127/220 v Garantia - 02 anos (24 meses da data de fabricação)</p>	PROCION	R\$ 8.332,50	reais e trinta e dois	R\$	16.665,00	dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais

		<p>BOMBA A VÁCUO PARA até 2 CONSULTÓRIOS potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios simultaneamente, sem perda de rendimento. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados, possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos. Alimentação: 127/220 V ; Freqüência: 50/60 Hz Motor: 1/2 CV - 0,37 kW; RPM: 2870 - 50Hz / 3444 - 60Hz ; Potência Nominal: 665 VA; Corrente Nominal: 4,6 A - 220 V~ / 9,2 A - 110 V~ ; Tensão do comando: 24 V~ ; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 L/min; Peso líquido: 21,90 Kg; Vazão máxima: 200 L/min; altura: 40,00 cm; Largura: 39,00 cm; Comprimento: 44,00 cm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia MODELO COTADO: Suctron Electronic Plus Bomba de Vácuo com capacidade para até 02 consultórios simultaneamente. Pode ser instalada na sala de atendimentos ou em outro ambiente, ao lado da mesma. O rendimento de uma bomba de vácuo está diretamente associado ao número de consultórios e a distância de instalação da mesma. PRODUTO NACIONAL. TECNOLOGIA: Sistema automático de descarga dos resíduos diretamente ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor. TEMPORIZADOR DE VARREDURA – Exclusividade Schuster: Sistema que ao colocar o succiono no suporte da unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna. Este dispositivo poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente. OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Turbina completa em liga de bronze, com 10 anos de garantia. Filtro coletor de detritos na entrada da sucção com abertura superior, evitando o contato com os resíduos, tornando-o prático, eficiente e de fácil limpeza. Filtro de entrada de água. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em inox. *OPCIONAIS (não acompanham, vendidos separadamente): Gabinete / KIT SUCTIONES. Dimensões sem gabinete: Largura: 28cm Altura: 31cm Comprimento: 26cm Dimensões com gabinete: Largura: 33cm Altura: 36cm Comprimento: 29,5cm Peso líquido sem gabinete: 15,70 Kg Peso Líquido com gabinete: 19,50 Kg Peso Bruto: 20,70 Kg Comando de acionamento: Eletrônico Vácuo Máximo: 450 mmHg/17,52 inHg Motor (potência): 1/2 CV Rotações do motor (r.p.m.): 3450-60 Hz Alimentação: Bivolt 127V / 220V Freqüência: 60 Hz Corrente: 14,7A(220V) / 9,5A(110V) Tensão na placa de comando: 24 V Vazão de ar máxima: 200L/min. Consumo de água: 0,30L/min.</p>		SCHUSTER	R\$ 3.176,00	três mil, cento e sessenta e seis reais	R\$ 3.176,00	três mil, cento e sessenta e seis reais
14	6	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA c Digital com display de LCD; 5 Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Peso alumínio 27,4 kg; inox 30 kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de suporte (r/m²) 45,9 (r/m²); espaço livre necessário p/ o movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câm (D x P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L x A x P 39,5 X 38 X 61 cm; voltagem 220 V; freqüência 50/60 Hz; potência 1600 watts; consumo elétrico 500 watts por ciclo; pressão mínima e máxima 0 a 4 kgf/cm²; temperatura da água drenada 100° Teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem com porta ABERTA; 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato. MODELO COTADO: AUTOCLAVE SUPER TOP 21 LITROS 220V -03 (TRES) BANDEJAS DE ALUMINIO</p>	STERMAX	R\$ 4.347,75	quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos	R\$ 26.086,50	vinte e seis mil e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	
15	2	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; Indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana; controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão; ciclos programáveis; sistema de secagem de material; despressurização e desligamento automático ao final do ciclo; atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica; tubulação interna em cobre para alta pressão; gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente; garantia da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência. MODELO COTADO: AUTOCLAVE SUPER TOP 54 LITROS 127 OU 220V</p>	STERMAX	R\$ 8.200,50	oito mil e duzentos reais e cinquenta centavos	R\$ 16.401,00	dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais	
18	4	<p>VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com micro-chave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batedora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais ; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, com chave geral luminosa no painel. 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia MODELO COTADO: Vibramat Capsular Speed Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. PRODUTO IMPORTADO. Tecnologia Painel digital com teclados tipo membrana interna. Haste batedora com dupla velocidade. Média: 4200 oscilações por minuto Alta: 5000 oscilações por minuto Bivolt 127V / 220V – Automático Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. Segurança Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. Chave geral liga/desliga. Temporizador Digital Eletrônico micro-processado com escala de 0 a 99 segundos. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dimensões: Largura: 22,5cm Altura: 11,1cm Comprimento: 21,5cm Peso Líquido: 2,50 Kg Peso Bruto: 2,90 Kg Alimentação: Bivolt 127V / 220V – Automático Freqüência do Motor: 50/60 Hz Potência do Motor: 35 W Temporizador Eletrônico: 0 à 99 segundos Potência de Entrada: 95 VA Consumo: 0,70A (127V) / 0,45A (220V)</p>	SCHUSTER	R\$ 1.085,66	um mil e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos	R\$ 4.342,64	quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos	
VALOR TOTAL					R\$ 139.298,33			

cento e trinta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos


VALOR TOTAL R\$ 139.298,33

Valor Global da Proposta: R\$ 139.298,33
eito e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Três Centavos

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias
Prazo de Entrega: 05(cinco) dias
Validade do Registro de Preço: Conf. Edital
Condições de Pagamento: Conf. Edital

Dados do Representante para Assinatura do Contrato:

Nome: Davi Felipe Silva do Amaral
Endereço: Rua. Vinícius de Moraes, nº 03 Bairro: Tabajara
CPF: 975.658.143-34
RG: 2001010160930, SSP/CE
Cargo: Representante Comercial
Email: quimifort@hotmai.com
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro


QUIMIFORT Com. de Produtos
Químicos e Laboratoriais Eireli
Davi Felipe Silva do Amaral
CPF: 975.658.143-34

Fortaleza, 19 de Julho de 2017.

cb








312
Quimifort Comercio de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli
Rua Barão de Aratã, Nº 382 - Centro - CEP 60.050-970
Fone: (85) 3253.4772 - 3253.5628 - Fortaleza - Ceará
E-mail: quimifortltda@hotmail.com
CNPJ: 41.654.740/0001-29 - CGF: 06.914.080-4

DECLARAÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP

QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ HAIRTON TELES DOS SANTOS Brasileiro Casado, Comerciante, portador (a) da Carteira de Identidade nº 93002232804, SSP/CE, e do CPF nº 312.960.173-20

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DA HABILITAÇÃO / CONHECIMENTOS DOS PARAMETROS / ATENDIMENTO DA PROPOSTA

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe, tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

DECLARAÇÃO DE MENOR TRABALHADOR

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 30/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP. Junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVINIENTES

Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DOS TRIBUTOS / FRETES / VALIDADE DA PROPOSTA

Declara que, nos valores da proposta comercial, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. Que os bens e / ou materiais serão entregues na cidade de ITAITINGA. Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os bens solicitados no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após emissão da Ordem de Compra emitida pela Secretaria contratante. Concordamos em manter a validade de 60 dias contados a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do edital, e caso sejamos vencedores, informamos que mantemos conta bancária na Agência nº 1369-2, C/C 105.156-3 Banco do Brasil: Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

Declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º, bem como não incorre em quaisquer dos impedimentos previstos no § 4º do mesmo artigo, da Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. Estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da referida lei.

DECLARAÇÃO DE EXIGENCIA DO EDITAL / ATUALIZAÇÃO / PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

DECLARAMOS que, examinamos as exigências do referido Edital e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação do certame licitatório mencionado. Que realizar-se-á no dia 19 de Julho de 2017 às 14:00HS

A empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.654.740/0001-29, declara, sob as penas da lei, que atenderá às exigências do Edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS e CNDT.

DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR

Declaro para fins de participação em processo licitatório e sob as penas da lei, que a empresa QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E LABORATORIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 41.654.740/0001.29, não foi declarada INIDÔNIA para licitar ou contratar com a Administração Pública, os termos do inciso IV do Art. 87 da lei 8.666/93, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira..

Fortaleza, 14 de Julho de 2017.

MORAIS
CORREIA

QUIMIFORT Comercio de Produtos
Químicos e Laboratoriais Ltda-EPP
José Hairton Teles dos Santos
CPF: 312.960.173-20





FORTALEZA, 19 DE JULHO DE 2017.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
SRª PRECOEIRA (A)
ITATINGA - CE

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 0307/01/2017/PP
ABERTURA: 19 / 07 / 2017 ÀS 14:00 H
" PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA "

DADOS DO PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 05.696.303/0001-04 CGF: 06.679804-3
ENDEREÇO: RUA: EDUARDO GARCIA Nº 85 - ALDEOTA FORTALEZA - CEARA CEP: 60.150-100
TEL: (85) 3264.3385/ 3270.4100
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO, AG. 0769-2, C/C: 16298-1.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER O PSF E GEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITATINGA/CE.

ITENS

Item	Descrição	Marca	Qtd	Unid	Unid	Unitário (R\$)	VALORES
1	EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO, REFLETOR, MOCHO, CADEIRA Dentimed Mod. 3	Magnus diamand	4	Magnus diamand	13.112,78	treze mil, cento e doze reais e setenta e oito centavos	39.338,34 trinta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos

Permite ao profissional maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisioterapia. Possui duas alças de movimentação ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para o assistente. Cera luz fria, cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina. Acomodação progressiva ou três posições préprogramadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +1 -15% a 6.000 Lux. SUCTORA: Unidade auxiliar retilateral em 90°, com suporte triplo. Opção de cuba em porcelana removível e autoclavável, acompanha sistema de sucção de ar de alta potência para Bomba a vácuo com 2 sugadores saliva e para sangue; com esguicho de água removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de dentário integrado a mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO Características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
RUA E
o Garcia, 85 - Aldeota - CEP 60.150-100 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3.3.85
CNPJ/INSC: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



2 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para DONTOPEDIATRIA. Rolamento de Dentlex CERÂMICA. Possui acoplamento Borden spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema tocobroca com saca broca. Engraxe: Borden (universal). Spray: único, em leque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído d(B(A): 64 decibéis sem Press Button - acompanhada saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza) endereço e contato e 1 ano de garantia.

3 KIT DE PEÇAS DE MÃO COM 4 PEÇAS E ROLAMENTO DE CERÂMICA Turbina engraxe borden 2 furos, refrigeração por Dentlex Mod. Kit 3 spray, triplo, capa curta, recarilhado soft, rolamentos de esferas, sistema de troca PP Convencional, cabeça arredondada acadêmico esterilizável em autoclave em até 1352 graus, corpo em latão maior durabilidade mínimo de 350.000rpm e máxima de 450.000 rpm. Características: Acoplamento-borden spray : Triplo Sistema troca broca: RG Potência: 13W Ruído em d(B(A): 66d13 Torque Axial: 30N Torque Radial: 10N Micro motor Infrasonic engraxe borden spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável, sistema universal. Contra ângulo Infrasonic engraxe universal transmissão 1:1 sistema de broca convencional com recarilha SOPT RG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel grataório. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e garantia de 1 ano.

4 MICRO MOTOR, esterilizável em autoclave, em sistema de conexão 2 furos, sistema intra de engraxe rápido das pontas em Dentlex Mod. M1 01 10 giro de 360º das peças acopladas com recurso d e inverso de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min e peso reduzido. Produto com registro no Ministério de Saúde/Anvisa e certificado de conformidade com as normas NBR/INMETRO ou equivalente.

5 CONTRA ÂNGULO: esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de Dentlex Mod. FX 10 sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micro motor, 110 1:1 C/Adaptador tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.

6 MICRO MOTOR ENDODONTICO Micromotor endodontico rotativo com funcionamento elétrico e a bateria, base compacta Endoplus com peso máximo de 580g, ausência de pedal de comando, visor amplo em cristal líquido, botões individuais para cada Dnat Plus função, contra ângulo leve de peso máximo de 150g, com cabeça pequena de peso máximo de 39g, botão de acionamento na peça de mão, sistema na peça de mão que possibilita o uso de intercâmbio de vários modelos de cabeça, sistema intermedário 6:1 de rotação, velocidade de rotação de 250 a 1200 rpm, torque de 0,5 a 4,0 N.cm, reciprocidade para Waveone e controle de torque e modos de auto-reverso para instrumentos de rotação contínuos, possibilita tratamento com técnica de aquívuo único, versatilidade no tratamento onde o praticante se concentra totalmente sobre o paciente, simplicidade de utilização, boa visibilidade e acesso como acessório do contra-ângulo diminuto.

8 Plastificador: Acionamento automático do vácuo. Permite aquecimento nos dois lados da placa. Aceita placas redondas e Protectri quadradas com até 7mm de espessura; Motor com 1400W de potência; Voltagem: 110V. Resistência de carbono: 1 ano de garantia. Equipamento para conexão de moldadeiras para diversas aplicações. Principais aplicações: Protetor bucal; Moldadeiras para clareamento caseiro; Matriz para resina composta; Ponte provisória; Casquetes; Fixação de braquetes; Moldadeira para fluorinação; Guia cirúrgico; Placa de mordida (bruxismo); Placa base; Moldadeiras individuais; Embalagem de modelos de estudo (arquivo). Apresentação: Caixa c/ 1 Plastificador, 1 cabo de força, 250g granalha de vidro, 1 chave Allen 4mm, 1 mostrador de placas, 1 porta modelos, manual de instruções, 2 cabos de acionamento de vácuo, 1 cabo da unidade de aquecimento e 1 cabo do anel rotativo.

9 COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico: FLUXO DE Pressure AR (l/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (psci): 6 pps ócticos/min; diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensão L x A D: 9x4x30VM x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de polos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M.; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.

Mod: 3 Unid 457,14 quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos 1.371,42 um mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos

Mod. Kit 3 Unid 1.539,68 um mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos 4.619,04 quatro mil, seiscentos e dezanove reais e quatro centavos

Unid 469,84 quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos 4.698,40 quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos

Unid 403,81 quatrocentos e três reais e oitenta e um centavos 4.038,10 quatro mil e trinta e oito reais e dez centavos

Unid 8.968,25 oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos 26.904,75 vinte e seis mil, novecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos

Unid 873,02 oitocentos e setenta e três reais e dois centavos 2.619,06 dois mil, seiscentos e dezanove reais e seis centavos

Mod: 5 Unid 2.682,54 dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos 13.412,70 treze mil, quatrocentos e doze reais e setenta centavos



10 COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico em (cc/ml): 12 Pressure pes cilíndrico/mim; diâmetro de saída (pou): 1,4; dimensão L x (mm): 450 x 840 x 1300 mm; número de estágio: 1; número de Mod:OT16175VM
 2 x 2 x 2,5; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 137 kg; peso líquido 47 kg; pressão de operação máxima (ps): 120; pressão de operação mínima (ps): 80; regime de trabalho: intermitente; VELC/DIAD/E Rpm: 1730 R.P.M.; ruído (dB A): 84; tempo de carga do reservatório 310; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 183; Assistência técnica em fortaleza, eandereço e contato e 2 anos de garantia.

11 Rato x odontológico intra oral: Ratos-x com base de ferro fundido em forma de U dimensionada para movimentação do Precion Mod Ion 70x 2 equipamento com estabilidade, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do digital plus equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoeletrônico por inersão do cabeçote em óleo, seleção de exposição de tempo 0,1 a 2,5 segundos, bjp sonoro conjugado à emissão dos raios x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente adulto ou infantil, norma js x 2801 banho de proteção anti-microbiano e anti-bactericida nas superfícies de contato, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x possui total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária e a companhia Certificada de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado, TENSÃO : 127/220V EM 50/60 HZ, FOCO : 0,8 X 0,8 MM, POTÊNCIA : 950 VA, RUSTVEL : 15 A (127 V) E 10 A (220 V) ;COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1095 mm. INCLUNDO SENSOR DIGITAL COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO

12 BOMBA A VÁCUO PARA até 2 CONSULTÓRIOS potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios Schuster simultaneamente, sem perda de rendimento. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Suction possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos. Alimentação: 127/220 V.; Frequência: 60 Hz Motor: 1/2 CV - 0,37 KW; RPM: 2870 / 50-112 / 3444 - 601-12; Potência Nominal: 665 VA; Corrente Nominal: 4,6 A - 220 V / 92 A - 110 V.; Tensão do comando: 24 V. Vácuo máximo: 400 mm/Hg. Consumo de água: 0,400 L/mim; Peso líquido: 21,90 Kg. Vazão máxima: 200 L/mim; altura: 40,00 cm; Largura: 39,00 cm; Comprimento: 44,00 cm. Assistência técnica em Fortaleza, eandereço e contato e 2 anos de garantia

13 LOCALIZADOR APICAL Localizador Apical Eletrônico utilizado para localização do ápice e do comprimento do trabalho em Endoplus conformidade com as norma IEC60601-1 e CE 0459. Visor do tipo color graphic. TTI de 3,5 p012, bateria de 24V NiMH KomApev A-15 recarregável, carregador externo com entrada de 120V / 50-60Hz ou 220V/50-60-112 e saída de 6V DC. Dimensões aproximadas de 130 x 80 x 63mm. Peso aproximado de 360Gr. Acessórios: 1 carregador, 1 cabo de medição, 2 clips labiais, 2 ganchos de ligação, 2 conectores bifurcados.

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
 Rua E Jo Garcia, 85 - Aldeota - CEP 60.150-100 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 33.85
 CNPJ/ME: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msb@ltacoeres@outlook.com



14 AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA e Digital com display de LCD, 5 Programas de Esterilização, Cristofoli Mod. 6 Unit 4.496,90 quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa centavos 26.981,40 vinte e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos

Capacidade 21 litros; Peso alumínio 27,4 kg; Inox 30 kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de VCR021NAZPTN suporte (6/m2) 45,9 (6/m2); espaço livre necessário p/ o movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câmara (O x P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L X A X P 39,5 X 38 X 61 cm; voltagem 220 V; frequência 50/60 Hz; potência 1600 watts; consumo elétrico 500 watts por ciclo; pressão mínima e máxima 0 a 4 kgf/cm; temperatura da água drenada 100°; Teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 48 bandeja opcional; Secagem com porta ABERTA; 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato.

15 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; Indicação do Cristofoli Mod. 2 Unit 18.287,30 dezoto mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta centavos 36.574,60 trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos

Autoclave horizontal digital com teclado de membrana; controle dos parâmetros de funcionamento realizado por VCS041NBCTFN microprocessador eletrônico de precisão; ciclos programáveis, sistema de secagem de material; despressurização e desligamento automático ao final do ciclo; atuação descontinua da resistência para menor consumo de energia elétrica; tubulação interna em cobre para alta pressão; gabinete em aço reforçado, com pintura eletrolítica externa e internamente; guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.

16 FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO Caneta muito mais leve e resistente, que propicia maior conforto no manuseio. Isolação Kondenech Mod 4 Unit 460,32 quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos 1.841,28 um mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos

elétrica entre partes energizadas e o operador. Controle de operação com botões na própria caneta. Botão para Led 5 (Não possui acionamento)/interrupção do LED; botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, 80 display e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos, indica o tempo decorrido e o fim da operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcrito. Sinal sonoro a cada 10 segundos. LED de alta potência com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais. Luz LED com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm - ótimo e seguro para procedimentos de foto-ativação, não necessita de filtros ópticos especiais. Baixo consumo de energia. Baixo custo de substituição. Possibilita a aplicação nos mais diversos procedimentos clínicos, como: • Restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos) • Restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos e coroas estéticas) • Colagem de brackets e acessórios ortodonticos; • Fotativação de materiais (selantes, cimentos citrídricos e bases de forramento); não emite calor como as lâmpadas convencionais - A baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica. Não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável. Ponteira condutora de luz para clareamento - Indicada para clareamento unitário ou de até três dentes. Protetor ocular, assegura total proteção, sem comprometer o campo visual. Acompanha suporte de pontas, permite posicionamento nos mais variados locais, como: laterais de equips, unidades de água, arrastões, etc. Fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260V 50 e 60Hz. Sistema Stand-by Desliga automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização. Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Alimentação: 93V - 260V 10%; frequência: 50/ 60 Hz; potência: 15 VA; fusível: 1A; fonte de Luz Azul: 1 LED (Light Emitting Diodes); meio ativo: semicondutor (InGaN) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: Padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos; sonorizador de tempo: Um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento através dos botões na caneta; acionamento /interrupção do LED e ajuste do tempo de ativação. Condutor de luz: ponteira confeccionada em polímero especial, grátoria, removível e reutilizável. Corpo da caneta: Confeccionado em ABS de alta resistência. Peso líquido: 0,163 Kg.



17 Máquina de solda a ponto Tensão de alimentação 110 ou 220V (chave seletora); Potência máxima 1.100W; Corrente 10A Essencial/VII 3 Unid 2.157,14 dois mil, cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos 6.471,42 seis mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dois centavos

18 VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com micro-chave/ switch interrompendo o Schuster funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema Vibramat universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e Speed movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste; com chave geral luminosa no painel; 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia Mod. 4 Caps Unid 1.130,67 um mil, cento e trinta reais e sessenta e sete centavos 4.522,68 quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos

19 MOTOR DE CHICOTE: velocidade de até 15.000 RPM, Alto Torque, 100 Watts de potência, 127- 220 Volts, Sistema de Mandril Baltec para borchas de 0,1 a 4 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/ instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. 4 Unid 396,83 trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos 1.587,32 um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos

20 Mufla: Com 3 parafusos. Para uso em polimerização de próteses dentárias; Excelente propriedade térmica; Alta resistência Ogp mecânica; Sistema de aperto em aço inoxidável; Acompanha chave allen; Anjos internos autoexpulsores; Dimensão (Medida Externa): 11,8 x 11,8 cm, Dimensão (Medida Interna): 8 x 10 cm; Altura da Base: 24 mm.; Composição: Base e Contra Mufla; Sistema com fechamento de parafusos em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/ instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. 5 Unid 134,92 cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos 674,60 seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos

21 SELADORA em aço inoxidável, com suporte para grau cirúrgico com espaçamento regulável, regulagem de temperatura, Sispack Mod. SM. 300 11 Unid 1.904,76 um mil, novecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos 20.952,36 vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos

22 Prensa convencional: Pressagem 4 toneladas; Sistema hidráulico inferior; Sem necessidade de fixação na bancada; Capacidade Protecni de 2 muflas de microondas ou convencional; Serve também para muflas parciais; Dimensões: 200 x 200 x 340mm. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/ instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. 6 Unid 1.053,97 um mil e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos 6.323,82 seis mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos

VALOR TOTAL DOS ITENS, R\$ duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos 231.899,06

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA, R\$ duzentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos 231.899,06

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
 Rua E. João Garcia, 85 - Aldeota - CEP 60.150-100 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3333-8385
 CNPJ/ME: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
ENTREGA: CONFORME EDITAL
PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
VALIDADE DOS MATERIAIS / GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 (DOZE) MESES
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, TAXAS, FRETE, SEGURO E DEMAIS ENCARGOS JÁ INCLUIDOS NOS PREÇOS PROPOSTOS.

O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

O licitante declara que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos
RG 899.0002027662 SSP/CE - CPF 440.908.113-68
Sócia-Gerente



ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORRÊA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELA: ANGÉLA MARIA ARAÚJO MORAIS CORRÊA - CNPJ: 06.573.000/0001-67
Rua Major Fausto, 676 - Centro - CEP: 60.025-110 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

Cód.: 388193 Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS
Do que dou fé. Fortaleza, 14 de junho de 2017. Total: R\$ 4,16
Selo Digital de Fiscalização - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMAS
AAA070541-A1B2



Francisco de A. M. Correia - () - Maria A. L. Soffrá - () - Silvana M. P. de Souza
() - Luiz Morais Corrêa Neto - () - Cesar Alexandre C. Rodrigues - Escre

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua Eliseu Garcia, 85 - Aldeota - CEP 60.150-100 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3.23.85
CNPJ/ME: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msbilicacoes@outlook.com



322
B

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Ref. Pregão Presencial Nº 0307.01/2017/PP

DECLARAÇÃO

A empresa **MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 05.696.303/0001-04 **DECLARA**;

Que nos preços declarados em nossa proposta já foram computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o prestação dos serviços/fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os serviços necessários á execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Ainda que temos pleno conhecimento, aceitação, e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 14 de Julho de 2017.

Maria do Socorro B. de Vasconcelos
Maria do Socorro B. de Vasconcelos
Sócia Gerente
CPF: 440.908.113-68

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MORAIS CORREIA - 4º OFÍCIO DE NOTAS E 2º RTDPJ
TABELIÁ: ÂNGELA MARIA ARAÚJO MORAIS CORREIA - CNPJ: 06.573.009/0001-67
Rua Major Facundo, 676 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE - Tel: (85) 3464.5900
E-mail: moraiscorreia@moraiscorreia.com.br

Cód.: 368193. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:

(1) MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE VASCONCELOS

Do que dou fé. Fortaleza, 14 de julho de 2017. Total: R\$ 4,16
Selo Digital de Fiscalização - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA
AAA071366-A1B2

Francisco de A. M. Correia - () - Maria A. L. Soares - () - Silvana M. F. de Sousa
() - Luiz Morais Correia Neto - () - Cesar Alexandre G. Rodrigues - Escrivães



Shira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

Dentemed

BIOSEGURANÇA E TECNOLOGIA
APLICADA A ODONTOLOGIA

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda.

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010


323
B

A Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE
Pregão Presencial nº 0307.01/2017/PP

DECLARAÇÃO

A empresa **DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.897.039/0001-00, Inscrição Estadual nº 001.005.921-0010, com sede na Rua Antônio Gravatá, nº 136 A, Bairro Betânia, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em **Pregão Presencial nº 0307.01/2017/PP**, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte:

DECLARA que nos preços unitários e totais estão computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação



Belo Horizonte/MG, 18 de julho de 2017.

André Luís de Araujo Procópio
André Luís de Araujo Procópio

Ident. nº 20079273941

CPF nº 61442368306



Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br		RDC 16/2013 BPF BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE			
--	--	--	--	--	--

A Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE
Pregão Presencial nº 0307.01/2017/PP

ANEXO III – DECLARAÇÕES

A empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.897.039/0001-00, Inscrição Estadual nº 001.005.921-0010, com sede na Rua Antônio Gravatá, nº 136 A, Bairro Betânia, CEP 30.570-040, Belo Horizonte/MG, Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em Pregão Presencial nº 0307.01/2017/PP, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
- (4) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em Pregão Presencial nº 0307.01/2017/PP junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
- (5) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
- (6) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §22, da Lei n.º 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
- (7) Declaramos o pleno conhecimento e de atendimento às exigências quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme disposto no art. 4º inciso VII da Lei. 10.520/2002; Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Belo Horizonte/MG, 18 de julho de 2017.

André Luís de Araujo Procópio

Ident. nº 20079273941

CPF nº 61442368306



Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br

Segurança



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013

BPF
BOAS PRÁTICAS
DE FABRICAÇÃO
E CONTROLE



MDI Europa



9001



13485

CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AV. CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, Nº 1.710, BAIRRO ANTÔNIO MIGUEL, CEP 61.880-000, ITAITINGA/CE.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170703PP00027
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.0112017/PP
 ENTREGA ENVELOPES: ATÉ ÀS 14H00MIN HORAS DO DIA 19 DE JULHO DE 2017
 ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 14H00MIN HORAS DO DIA 19 DE JULHO DE 2017

OBJETO: aquisição de material permanente destinados a atender o PSF e CEO vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Itaitinga/CE.

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados (a) Senhores (a),

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
1	<p>Equipamento p/ consultório odontológico: cadeira, mesa do equipo- refletor- mocho.</p> <p>Cadeira odontológica: com acionamento através de sistema de moto redutor, com oito movimentos automáticos, sendo, sendo 4 individuais, 3 automáticos, 2 sincronizados, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "last position, e apoio de braços, direito e esquerdo rebatível.</p> <p>Mesa do equipo: sistema cart (mesa com rodízios), bandeja auxiliar em aço inoxidável sem bordas, negatoscópio para até 6 radiografias. Mesa com 4 terminais Borden, sendo 1 seringa tríplice, duas mangueiras borden para alta e baixa rotação, e uma quarta ponta borden. Possui regulagem externa do AR/água dos instrumentos, tubulação do equipamento totalmente embutida garante melhor assepsia do consultório. Sistema de desinfecção completa das mangueiras e componentes internos de água, garantindo eliminação de riscos de contaminação cruzada. Seringa tríplice esterilizável: bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave. Separador de detritos localizados na mangueira de sucção facilita limpeza. Filtro de água e ar.</p> <p>Pedal de comando: de ar destacável tanto para esquerda como para direita, integra todos os movimentos, da cadeira, refletor e acionamento dos instrumentos ao ser separado da cadeira. Permite ao profissional UND 3 1 2 maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisiomocho.</p> <p>Refletor: fechado possui duas alças de movimentação</p>	Und.	3	R\$ 9.550,00 (nove mil quinhentos e cinquenta reais)	R\$ 28.650,00 (vinte oito mil seiscentos e cinquenta reais)

Rua Antônio Gravatá, N.136º, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br




- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010 226

ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para a assistente. Gera luz fria, (cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina). Acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +1 - 15% a 6.000 Lux.

Suctora: Unidade auxiliar rebatível em 90, com suporte triplo. Opção de cuba em porcelana removível e autoclavável acompanha sistema de sucção de ar de alta potência para bomba a vácuo com 2 sugadores saliva e para sangue; com esguicho de água removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de detrito integrado a mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. Conjunto de engate rápido para ultrassom e jato de bicarbonato. Voltagem 220 VI 50-60 HZ.

Mocho, características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg.

“Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42

/ CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”.

MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND CART (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue:

1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira)
 2. Pedal de comando móvel independente multifuncional (Cadeira)
 3. Braço rebatível / escamoteável com abertura (Cadeira)
 4. Terminal extra para alta rotação (Equipo)
 5. Regulagem externa de água e ar (Equipo)
 6. Negatoscópio de LED acoplado (Equipo)
 7. Sistema de assepsia e desinfecção do equipo com válvula antirretração (Equipo)
 8. Segundo sugador de alta potência (Unidade Auxiliar)
 9. Rebatimento com movimento de 90 a 180 (Unidade Auxiliar)
 10. Kit suctor para bomba de vácuo (Unidade Auxiliar)
 11. Cabeçote Puxador Bilateral (Refletor)
- COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR**
MARCA: DENTEMED
FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT.
PROCEDÊNCIA NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 80349600004
CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO
CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO “CE”

Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



9001



13485

CNPJ: 07.897.039/0001-00 27

INSC. EST.: 001.005.921-0010

3	<p>Kit de peças de mão com 4 peças e rolamento de cerâmica, turbina encaixe bordem 2 furos , refrigeração por spray , triplo, capa curta, recartilhado soft, rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em ate 1352 graus, corpo em latão maior durabilidade mínimo de 350.000 rpm e máxima de 450.000 rpm.Características Acoplamento: bordem Spray : Triplo Sistema troca broca: FG Potencia: 13W Ruído 1 2 em dB(A): 66d13 Torque Axial: 30N Torque Radial: 10N Micro motor intramatic encaixe bordem spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável, sistema universal. Contra ângulo intramatic encaixe universal transmissão 1.1 sistema de broca convencional com recartilha SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratório.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7785-1: 1999 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004“.</p> <p>MODELO: KIT ACADEMICO MAGNUS CONTENDO: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MAGNUS TRIJATO PB MICRO MOTOR MAGNUS CONTRA ÂNGULO MAGNUS PEÇA RETA MAGNUS MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600005, 80349609001</p>	Und.	3	R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)	R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
4	<p>Micro motor, esterilizável em autoclave, cm sistema de conexão 2 furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas em giro de 360P das peças acopladas, com recurso d e inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min e peso reduzido.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004“.</p> <p>MÓDELO MICROMOTOR MAGNUS MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609001</p>	Und.	10	R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
5	<p>Contra ângulo: esterilizável em autoclave a 135C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360 sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da 5 broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g.</p> <p>“Produto Fabricado Conforme Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004“.</p>	Und.	10	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)	R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Rua Antônio Gravata, N.136^a, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



CNPJ: 07.897.039/0001-00
 INSC. EST.: 001.005.921-0010

	MODELO CONTRA ANGULO MAGNUS MARCA DENTEMED FABRICANTE DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349609001				
6	<p>Micromotor endodôntico rotativo com funcionamento elétrico e a bateria, base compacta com peso máximo de 580g, ausência de pedal de comando, visor amplo em cristal líquido, botões individuais para cada função, contra ângulo leve de peso máximo de 150g, com cabeça pequena de peso máximo de 36g, botão de acionamento na peça de mão, sistema na peça de mão que possibilite o uso de intercâmbio de vários modelos de cabeça, sistema 6 intermediário 6:1 de rotação, velocidade de rotação de 250 a 1200 rpm, torque de 0,6 a 4,0 N.cm, reciprocidade para Waveone e controle de torque e modos de auto-reverso para instrumentos de rotação contínuos, possibilita tratamento com técnica de arquivo único, versatilidade no tratamento onde o praticante se concentrar totalmente sobre o paciente, simplicidade de utilização, boa visibilidade e acesso como acessório do contra-ângulo diminuto.</p> <p>MODELO: X-SMART PLUS MARCA: DENTSPLY FABRICANTE: MAILLEFER PROCEDÊNCIA: SUIÇA REGISTRO NA ANVISA: 80196889031</p>	Und.	3	R\$ 8.000,00 (oito mil reais)	R\$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais)
7	<p>Aparelho de Ultrassom Odontológico, composto por jato de bicarbonato: Aparelho de ultrassom piezolétrico constituído de um circuito oscilador que envia tensão com freqüência de 28 KHz para a peça de mão (transdutor) com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma a outra. Vibração com movimento linear Anteroposterior longitudinal ao cabo sem a necessidade de esterilizar em autoclave para maior longevidade do transdutor, peça de mão leve e anatômica, duas capas do transdutor removível e autoclavável a 135C, 4 pontas de raspagem autoclaváveis a 1352C, chave universal para troca das pontas com prolongador que impeça o contato manual diminuindo o risco de deferimento ao usuário, revestido em poliuretano autoclavável a 135C. Chave seletora de potência em 4 estágios (amplitude de vibração da ponta de 0,05 a 0,1 mm), circuito eletrônico com estabilizador de freqüência com seleção automática de 28 KHz constante que mantém a vibração mesmo quando há oscilações da tensão da rede, mangueiras lisas, leves e flexíveis, corpo em poliuretano de superfície lisa de alta durabilidade e fácil limpeza e desinfecção, pedal de comando com acionamento progressivo de qualquer ângulo com facilidade, fusível de proteção, reservatório de bicarbonato removível em aço inoxidável, 01 filtros de ar, mangueiras lisas e flexíveis, reservatório e bomba de sucção que permita a utilização de líquido para assepsia no procedimento. Aparelho com garantia de reposição do transdutor do ultrassom. em caso de defeito. Dimensões aproximadas de 30 x 36 x 25 cm (L x C x A). Consumo aproximado de 10 L/min. Pressão aproximada de 60 psi (mm) a 80 psi (max). Potência mínima aproximada</p>	Und.	3	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

	de 25 VA. Alimentação de 110 a 220 V. MODELO: ALT SONIC JET CERAMIC COM BOMBA PERISTALTICA MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960006				
8	Plastificadora: Acionamento automático do vácuo; Permite aquecimento nos dois lados da placa; Aceita placas redondas e quadradas com até 7 mm de espessura; Motor com 1400 W de potência; Voltagem: 110 V. Resistência de carbono. Equipamento para confecção de moldeiras para diversas aplicações. Principais aplicações: Protetor bucal; Moldeiras para clareamento caseiro; Matriz para resina composta; Ponte provisória; Casquetes; Fixação de braquetes; Moldeira para fluoretação; Guia cirúrgico; Placa de mordida (bruxismo); Placa base; Moldeiras individuais; Embalagem de modelos de estudo (arquivo). Apresentação: Caixa c/ 1 Plastificadora, 1 cabo de força, 250g granalha de vidro, 1 chave Allen 4 mm, 1 mostruário de placas, 1 porta modelos, manual de instruções, 2 cabos de acionamento de vácuo, 1 cabo da unidade de aquecimento e 1 cabo do anel rotativo. MODELO: PLASTIFICADORA Á VACUO C/ MOTOR MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Und.	3	R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)	R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
9	Compressor de ar para 1 consultório odontológico isento de óleo: deslocamento teórico(fluxo de ar) (1/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (pcm): 6 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (poU: 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de polos: 4; opções de 9 alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; velocidade rpm: 1730 R.P.M ; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros). MODELO: OP 8.4/40 V – 01 HP – MONOFASICO MARCA: PRESSURE FABRICANTE: PRESSURE PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Und.	5	R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)	R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
10	Compressor de ar para 4 consultórios odontológicos isento de óleo: deslocamento teórico em (pcm): 12 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (poU: 1/4; dimensão L A x (mm): 450 x 840 x 1300 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2 x 2 -V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 137 kg; peso líquido 47 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; velocidade rpm:	Und.	1	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)	R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



9001



13485

CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

	1730 R.P.M ; ruído (dB A): 84; tempo de carga do reservatório 310; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 183. MODELO: CD 200 MARCA: FIAC FABRICANTE: FIAC BRASIL PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
11	<p>Raio x odontológico intra oral: com base de ferro fundido em forma de X dimensionada para movimentação do equipamento com estabilidade, prático e de fácil operação, com regulador de tensão eletrônico que estabiliza a alimentação do equipamento aumentando sua vida útil e produzindo radiografias uniformes, voltagem no tubo emissor 70 KVP, intensidade da corrente do tubo emissor de 8 mA, cilindro direcional longo com revestimento de película de chumbo de 0,5 mm, filtro de alumínio equivalente a 2,5 mm, dupla colimação que diminui a incidência de radiações secundárias, isolamento termoelétrico por imersão do cabeçote em óleo, seleção de exposição de tempo 0,07 a 3,00 segundos, bip sonoro conjugado à emissão dos raios-x, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm, timer digital microcontrolado, compensador eletrônico de tempo que corrige o tempo de exposição em função de pequenas variações da rede elétrica e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sub e sobretensão, controle remoto com cabo espiralado, i display digital e teclado de membrana com opções de seleção do tipo de radiografia (oclusal, interproximal e periapical), tipo e posição do dente, sensibilidade do filme (película ou sensor digital) e faixa etária do paciente adulto ou infantil, norma jis z 2801 banho de proteção antimicrobiano e anti-bactericida nas superfícies de contato, permitindo a seleção do tempo mais adequado para cada situação específica com grande precisão, minimizando exposições desnecessárias e melhorando a qualidade radiográfica. O controle remoto possui tempos padrões de exposição pré-programados, conforme cada situação específica e memória para programação de novos tempos pelo próprio CD. O raios-x possui total adequação a todas às exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária e acompanha Certificado de Controle de Radiação de Fuga emitido por Físico credenciado. Tensão: 127/220 v em 50/60 hz; foco : 0,8 x 0,8 Mm; potência : 950 va; fusível : 15 a (127 v) e 10 a (220 v) ;comprimento do braço : 1095 mm. Incluindo sensor digital compatível com equipamento.</p> <p>MODELO: ION 70 X – MOVEL + S-IOS 100 MARCA: PROCION / Q2TEC FABRICANTE: PROCION RAIOS-X / Q2 TEC PROD. MED. E ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO NA ANVISA: 80127670002, 80520570010</p>	Und.	2	R\$ 23.000,00 (vinte três mil reais)	R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)
12	Bomba a vácuo para até 2 consultórios potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios simultaneamente.	Und.	1	R\$ 4.000,00 (quatro mil	R\$ 4.000,00 (quatro mil

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



9001



13485

CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010

OBS	<p>sem perda de rendimento. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados, possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos. Alimentação: 127/220 V ; frequência: 50/60 Hz motor: 12 1/2 cv - 0,37 kw; rpm: 2870 - 501-1z / 3444 - 601-1z; potência nominal: 665 va; corrente nominal: 4,6 a - 220 v / 9,2 a - 110 v ; tensão do comando: 24 v ; vácuo máximo: 400 mm/hg; consumo de água: 0,400 l/min; peso líquido: 21,90 kg; vazão máxima: 200 l/min; altura: 40,00 cm; largura: 39,00 cm; comprimento: 44,00 cm.</p> <p>MODELO: SUCTRON ELETRONIC PLUS MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: SCHUSTER PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>		reais)	reais) 331 S
13 OBS	<p>Localizador apical eletrônico utilizado para localização do ápice e do comprimento do trabalho em conformidade com as norma 1EC60601-1 e CE 0459. Visor do tipo color graphic TFT de 3,5 p012, bateria de 2,4V NIMH recarregável, carregador externo com entrada de 120 V / 50-60 Hz ou 230 V/50-601-1z e saída de 6V DC. Dimensões aproximadas de 130 x 80 x 63 mm. Peso aproximado de 360 Gr. Acessórios: 1 carregador, 1 cabo de medição, 2 cliques labiais, 2 ganchos de ligação, 2 conectores bifurcados.</p> <p>MODELO: FINEPEX MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD PROCEDENCIA IMPORTADO REGISTRO ANVISA: 80354809005</p>	Und. 1	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)	R\$ 2.000,00 (dois mil reais)
14 OBS	<p>Autoclave 21 litros secagem com porta aberta, digital com display de LCD; 5 programas de esterilização; capacidade 21 litros; peso alumínio 27,4 kg; inox 30 kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de suporte (n/m²) 45,9 (n/m²); espaço livre necessário p/ o movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câm (0 x p) 25 x 43 cm; dimensões externas da autoclave l x a x p 39,5 x 38 x 61 cm; 14 voltagem 220 v; frequência 50/60 hz; potência 1600 watts; consumo elétrico 500 watts por ciclo; pressão mínima e máxima o a 4 kgf/cm²; temperatura da água drenada 100°. teclado de controle bicolor, azul e verde; câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; secagem com porta aberta; 16 sistemas de segurança; sistema com microcontrolador.</p> <p>MODELO: VITALE CLASS CD 21 MARCA: CRISTOFOLI FABRICANTE: CRISTOFOLI PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 10363350017</p>	Und. 6	R\$ 6.000,00 (seis mil reais)	R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
15	<p>Autoclave horizontal digital 54 litros - câmara de esterilização em aço inoxidável; indicação do ciclo através de</p>	Und. 2	R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)	R\$ 40.000,00 (quarenta mil

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010

	<p>painel digital com teclado de membrana; controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão; ciclos programáveis, sistema de secagem de material; despressurização e desligamento automático ao final do ciclo; atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica; tubulação interna em cobre para alta pressão; gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente; guarnição da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.</p> <p>MODELO: VITALE CLASS CD 54 MARCA: CRISTOFOLI FABRICANTE: CRISTOFOLI PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 10363350017</p>				<p>reais)</p> <p>332</p> <p>B</p>
<p>16</p> <p>150</p>	<p>Fotopolimerizador com fio caneta muito mais leve e resistente, que propicia maior conforto no manuseio, isolamento elétrica entre partes energizadas e o operador. Controle de operação com botões na própria caneta, botão para acionamento/interrupção do led ; botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos , indica o tempo decorrido e o fim da operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcorrido. Sinal sonoro a cada 10 segundos. Led de alta potencia com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais, luz leo com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm, ótimo e seguro para procedimentos de foto-ativação, não necessita de filtros ópticos especiais, baixo consumo de energia, baixo custo de substituição, possibilita a aplicação nos mais diversos procedimentos clínicos, como restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos), restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos e coroas estéticas), colagem de brackets e acessórios ortodônticos, foto ativação de materiais (selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forramento); não emite calor como as lâmpadas convencionais, baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem 16 prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica, não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável, ponteira condutora de luz para clareamento, indicada para clareamento unitário ou de até três dentes, protetor ocular, assegura total proteção, sem comprometer o campo visual, acompanha suporte de pontas, permite posicionamento nos mais variados locais, como: laterais de equipos, unidades de água, armários, etc fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260v 50 e 60hz, sistema stand-by desliga automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização, produto com certificado CE - comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade, alimentação: 93v - 260v 10%; frequência: 50/60 hz; potência: 15 va; fusível: 1 a; fonte de luz azul: 1 led (light emitting</p>	<p>Und.</p>	<p>4</p>	<p>R\$ 900,00 (novecentos reais)</p> <p>Res J</p>	<p>R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)</p> <p>Sei</p> <p>J</p>

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



CNPJ: 07.897.039/0001-00

INSC. EST.: 001.005.921-0010

ORS	<p>diodes); meio ativo: semi condutor (ingan) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60 e 90 segundos; sonorizador de tempo: um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento: através dos botões na caneta, acionamento /interrupção do led e ajuste do tempo de ativação, condutor de luz ponteira confeccionada em polímero especial, giratória, removível e reutilizável, corpo da caneta: confeccionado em abs de alta resistência peso líquido: 0,163 kg.</p> <p>MODELO: EMITTER G MARCA: SCHUSTER FABRICANTE: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD PROCEDÊNCIA IMPORTADO REGISTRO DA ANVISA: 80354800012</p>				333 B
17	<p>Máquina de solda a ponto Tensão de alimentação 110 ou 220V (chave seletora); Potência máxima 1.100W ; Corrente IOA (110V) / 5A (220V); Freqüência de uso 2 pontos/segundo por 5 segundos max.; Peso 4,6Kg; Tensão em vazio 4,0V max. Função revenido, acompanhando Chave 17 Allen 1,5 mm, Manual de Instruções, Cabo Auxiliar com garras Jacaré.</p> <p>MODELO: SOLDA PONTO ELETRÔNICA SOLID MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	Und.	3	R\$ 1.100,00 (mil e cem reais)	R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
18	<p>Vibrador para amálgamas analógico dispositivo de segurança com micro-chave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, 18 grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela freqüência da haste, com chave geral luminosa no painel. 220 V 50-60 Hz.</p> <p>MODELO: YG-100 MARCA: KONDENTECH FABRICANTE: KONDENTECH PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>	Und.	4	R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)	R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais)
19	<p>Motor de chicote: velocidade de até 15.000 RPM, alto torque, 100 Watts de potencia, 127- 220 volts, sistema de mandril para borcas de 0,1 a 4 mm de diâmetro.</p> <p>MODELO: MOTOR DE SUSPENSÃO MINI MARCA: BELTEC FABRICANTE: BELTEC PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME</p>	Und.	4	R\$ 400,00 (quatrocentos reais)	R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
E mail: dentemed@dentemed.com.br
Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



da.

CNPJ: 07.897.039/0001-00
INSC. EST.: 001.005.921-0010

22	PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
	Prensa convencional: Prensagem 4 toneladas; Sistema hidráulico inferior; Sem necessidade de fixação na bancada; Capacidade de 2 muflas de micro-ondas ou convencional; Serve também para muflas 22 parciais; Dimensões: 200 x 200 x 340 mm. MODELO: PRENSA HIDRAULICA GOLD LINE MARCA: VH FABRICANTE: ESSENCE DENTAL PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	Und.	6	R\$ 1.600,00 (- um mil e seiscentos reais-)	R\$ 9.600,00 (- nove mil e seiscentos reais-)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:
R\$ 248.950,00 (DUZENTOS QUARENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	60 (sessenta) DIAS - CONFORME EDITAL.
Condições de Pagamento	30 (trinta) Dias - CONFORME EDITAL.
Prazo de Entrega:	05 (cinco) Dias - CONFORME EDITAL.
Local de Entrega:	CONFORME EDITAL.
Garantia do Equipamento	CONFORME EDITAL.
Assistência Técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.
Frete / Impostos:	INCLUSOS

DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BANCO DO BRASIL		
Agencia	3489-4	Conta Corrente	21.000-5

DADOS PARA CONTATO E CONTRATO:

Razão Social	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		
CNPJ	07.897.039/0001-00	Inscrição Estadual:	001.005.921-0010
Endereço	RUA ANTONIO GRAVATA, Nº 136 - A, BETANIA, CEP 30.570-040, BELO HORIZONTE/MG.		
Telefones/Fax	(31) 3374-6768 / (31) 3377-7500 / (31) 3377-6855		
Emails:	dentemed@dentemed.com.br / dentemed.licitacao@hotmail.com / dentemed@hotmail.com		

Nome do Signatário	ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR		
Estado civil	SOLTEIRO	Nacionalidade	BRASILEIRO
Profissão:	ADMINISTRADOR	Cargo:	SÓCIO – DIRETOR
Identidade	MG 116.118.68-SSP/MG	CPF	063.640.696-22
Endereço	RUA JÚLIO DE CASTILHO, Nº 133, APTO 708, BL 03, CINQUENTENÁRIO, CEP 30.570-080, BELO HORIZONTE/MG.		

A empresa Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda., declara:

- ❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

Rua Antônio Gravata, N.136ª, Bairro Betânia
 Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040
 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855
 E mail: dentemed@dentemed.com.br
 Homepage: www.dentemed.com.br



- Certificado Segurança -

RDC 16/2013



MDI Europa



da.

CNPJ: 07.897.039/0001-00 335
INSC. EST.: 001.005.921-0010

- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e visionada pelo nosso engenheiro técnico pra averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.
- ❖ Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no edital e seus anexos.
- ❖ Que nos preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, despesas administrativas, seguro, frete, descarga e lucro.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias conforme solicitado no edital e que a garantia será por um período de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ❖ Que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- ❖ O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - termo de referência deste edital.

Cartório
Pericles Junior
9º Ofício

BELO HORIZONTE 19 DE JULHO DE 2017

ATENCIOSAMENTE,

André Luis de Araújo Procópio

Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda
CNPJ:07.897.039/0001-00
ANDRÉ LUIS DE ARAUJO PROCÓPIO
RG: 20079273941 CPF: 614423683-06
REPRESENTANTE COMERCIAL

Cartório Pericles Junior
9º Ofício
Rua Andre Chaves, 304
Bairro: 3494-9888 - Fátima - Cont.
Fone: 3400-5095 - CEP: 31227-010 - ENFERMAGEM

Reconhecido(s) Firma(s) de: *André Luis de Araújo Procópio*

AUTENTICIDADE SEMELHANÇA

Outro(s) Em Test. _____ da Verdade

19 JUL. 2017

() Maria de Fatima Leitão Castelo
() Pericles Castelo Branco Neto
(X) Gizelle de Andrade Jose da Silva

SELO DE AUTENTICIDADE
UNIVERSIDADE DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
GRC 02
RECONHECIMENTO DE FÁBRIKA
05/2016
CF648.612

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

<p>Rua Antônio Gravatá, N.136ª, Bairro Betânia Belo Horizonte – MG - CEP: 30.570-040 Tel.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 E mail: dentemed@dentemed.com.br Homepage: www.dentemed.com.br</p>	<p>Segurança</p> <p>Compulatório</p> <p>- Certificado Segurança -</p>	<p>BPF</p> <p>BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE</p>	<p>CE</p> <p>MDI Europa</p>	<p>ISO</p> <p>9001</p>	<p>ISO</p> <p>13485</p>
---	---	---	------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
SRE PREGOEIRO(A)

ITATINGA-CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP
DATA: 19 DE JULHO DE 2017, ÀS 14H:00 MIN

Med-Donto Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNP.J: 69.366.326/0001-33 CGF: 06.908.768-7

Rua: Torres Câmara, Nº 140 Aldeota - Cep - 60.150-080 - Fortaleza - Ceará

FONE/FAX: (085) 3133-0608/3133-0604

Email: licitacao@meddonto.com

Banco do Brasil: 001 Agência: 1369-2 C/C: 213449-7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO, REFLETOR, MOCHO, CADEIRA ODONTOLÓGICA, com acionamento através de sistema de moto redutor, com oito movimentos automáticos, sendo sendo 4 individuais, 3 sincronizados, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "last position, e apoio de braços, direito e esquerdo rebatível, MESA DO EQUIPO: Sistema Cart (mesa com rodízios), bandeja auxiliar em aço inoxidável sem bordas, negatoscópio para até 6 radiografias, Mesa com 4 terminais Borden, sendo 1 seringa tripla, duas mangueiras borden para alta e baixa rotação, e uma quarta ponta borden. Possui regulagem externa do Ar/água dos instrumentos, tubulação totalmente embutida garante melhor assepsia do consultório. Sistema de desinfecção completa das mangueiras e componentes internos de água, garantindo eliminação de riscos de contaminação cruzada. Seringa tripla esterilizável; bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave. Separador de detritos localizados na mangueira de sucção facilita limpeza. Filtro de água e ar; PEDAL DE COMANDO: de ar destacável tanto para esquerda como para direita, integra todos os movimentos, da cadeira, refletor e acionamento dos instrumentos ao ser separado da cadeira. Permite ao profissional maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisio-mocho. REFLETOR: fechado possui duas alças de movimentação ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para a assistente. Gera luz fria, (cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina). Acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +1 - 15% a 6.000 Lux . SUCTORA: Unidade auxiliar rebatível em 90°, com suporte triplo. Opção de cuba em porcelana removível e autoclavável, acompanha sistema de sucção de ar de alta potência para Bomba a vácuo com 2 sugadores saliva e para sangue, com esguicho de água removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de detrito integrado a mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASON E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/50-60 HZ. MOCHO Características avançadas sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg . Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia CANEIA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para DONTOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema tocabroca com saca broca. Ervakei. Borden (universal). Spray: único, em beque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem Press Button - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	Kavo	UNID	3	R\$ 10.000,00	dez mil reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais
2	CANEIA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para DONTOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema tocabroca com saca broca. Ervakei. Borden (universal). Spray: único, em beque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem Press Button - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	Kavo	UNID	3	R\$ 459,24	quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.377,72	mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos

<p>3</p> <p>KIT DE PEÇAS DE MÁQUINA COM 4 PEÇAS E ROLAMENTO DE CERÂMICA-Turbina encaixe bordem 2 furos , refrigeração por spray , triplo, capa curta, recatilhado soft, Rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em até 1352 graus, corpo em latão maior durabilidade mínimo de 350.000rpm e máxima de 450.000 rpm.Características Acoplamento: bordem Spray : Triplo Sistema troca broca: FG Potência: 13W Ruído em dB(A): 66dB Torque Axiel: 30N Torque Radial: 10N Micro motor Intramatic encaixe bordem spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável, sistema universal. Contra ângulo Intramatic encaixe universal transmissão 1.1 sistema de broca convencional com recatilha SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratório. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e garantia de 1 ano.</p>	Kavo	UND	3	R\$ 1.891,97	mil oitocentos e noventa e um reais e sete centavos	R\$ 5.675,91	cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos
<p>4</p> <p>MICRO MOTOR , esterilizável em autoclave, com sistema de conexão furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas em giro de 360º das peças acopladas, com recurso de inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min e peso reduzido. Produto com registro no Ministério de Saúde/Anvisa e certificado de conformidade com as normas NBR/INMETRO ou equivalente.</p>	Kavo	UND	10	R\$ 564,80	quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 5.648,00	cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais
<p>5</p> <p>CONTRA ÂNGULO: esterilizável em autoclave a 135ºC suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g. Garantia mínima de 12 (Doze) meses Contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e Comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.</p>	Kavo	UND	10	R\$ 511,04	quinhentos e onze reais e quatro centavos	R\$ 5.110,40	cinco mil, cento e dez reais e quarenta centavos
<p>6</p> <p>MICROMOTOR ENDODONTICO Micromotor endodôntico rotativo com funcionamento elétrico e a bateria, base compacta com peso máximo de 580g, ausência de pedal de comando, visor amplo em cristal líquido, botões individuais para cada função, contra ângulo leve de peso máximo de 150g, com cabeça pequena de peso máximo de 35g, boia de acionamento na peça de mão, sistema na peça de mão que possibilite o uso de Interâmbulo de vários modelos de cabeça, sistema intermediário 6:1 de rotação, velocidade de rotação de 250 a 1200 rpm, torque de 0,6 a 4,0 N.cm, reciprocidade para Waveone e controle de torque e modos de auto- reverso para instrumentos de rotação contínuos, possibilita tratamento com técnica de arquivo único,versatilidade no tratamento onde o praticante se concentra totalmente sobre o paciente, simplicidade de utilização, boa visibilidade e acesso como acessório do contra-ângulo diminuto.</p>	Dentsply	UND	3	R\$ 6.843,20	seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos	R\$ 20.529,60	vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos
<p>9</p> <p>COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO - DE ÓLEO: deslocamento teórico(FLUXO DE AR) (L/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (paci): 6 pás cúbicos/min; diâmetro de saída (pou): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psj): 120; pressão de operação mínima (psj): 80; regime de trabalho: Intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M.; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310- tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	Schuster	UND	5	R\$ 3.186,55	três mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 15.932,75	quinze mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos
<p>12</p> <p>BOMBA A VÁCUO PARA até 2 CONSULTÓRIOS potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios simultaneamente, sem perda de rendimento. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados, possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e Travamentos. Alimentação: 127/220 V.; Frequência: 50/60 Hz. Motor: 1/2 CV - 0,37 KW; RPM: 2870 - 50Hz / 3444 60Hz; Potência Nominal: 665 VA; Corrente Nominal: 4,6 A - 220 V / 9,2 A - 110 V.; Tensão do comando: 24 V.; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 L/min; Peso líquido: 21,90 kg; Variação máxima: 200 L/min; altura: 40,00 cm; largura: 39,00 cm; Comprimento: 44,00 cm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia</p>	Schuster	UND	1	R\$ 3.239,41	três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos	R\$ 3.239,41	três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos

76
8
D x P

<p>13 LOCALIZADOR APICAL Localizador eletrônico utilizado para localização do ápice e do cumprimento do trabalho em conformidade com as normas IEC60601-1 e CE 0459. Visor do tipo color graphic TFT de 3,5 polegadas, bateria de 2,4V NiMH recarregável, carregador externo com entrada de 120V / 50-60Hz ou 230V/50-60-12 e saída de 6V DC. Dimensões aproximadas de 130 x 80 x 63mm. Peso aproximado de 360Gr. Assessorios: 1 carregador, 1 cabo de medição, 2 clipe labiais, 2 ganchos de ligação, 2 conectores bifurcados.</p>	Schuster	UND	1	R\$ 1.881,60	mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos	R\$ 1.881,60	mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos
<p>14 AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA c Digital com display de LCD, 5 Programas de Esterilização, Capacidade 21 Litros; Peso alumínio 27,4 Kg; Inox 30 Kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de suporte (m/m2): 45,9 (m/m2); espaço livre necessário p/ o movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câmara (D x P x A) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L X A X P 39,5 X 38 X 61 cm; 14 voltagem 220 V; frequência 50/60 Hz; potência 1600 watts; consumo elétrico 500 watts por ciclo; pressão mínima e máxima O a 4 kgf/cm²; temperatura da água drenada 100° Teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem com porta ABERTA; 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia. Assistência técnica em Fortaleza, enderço e contato.</p>	Etel	UND	6	R\$ 3.750,00	três mil, setecentos e sessenta reais	R\$ 22.560,00	vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais
<p>15 AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana; controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão; ciclos programáveis; sistema de secagem de material; despressurização e desligamento automático ao final do ciclo; atuação descontinua da resistência para menor consumo de energia elétrica; tubulação interna em cobre para alta pressão; gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente; garantia da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.</p>	Cristofoli	UND	2	R\$ 18.960,00	dezoito mil, novecentos e sessenta reais	R\$ 37.920,00	trinta e sete mil, novecentos e vinte reais
<p>16 FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO Caneta muito mais leve e resistente que propicia maior conforto no manuseio. Isolção elétrica entre partes energizadas e operador. Controle de operação com botões na própria caneta. Botão para adionamento/interrupção do LED, botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos. Indica o tempo decorrido e o fim da operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcorrido. Sinal sonoro a cada 10 segundos. LED de alta potência com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais. Luz LED com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm - ótimo e seguro para procedimentos de foto-ativação, não necessita de filtros ópticos especiais. Baixo consumo de energia. Baixo custo de substituição. Possibilita a aplicação nos mais diversos procedimentos clínicos, como: * Restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos) * Restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminadas, inlays, pilos e coroas estéticas) * Colagens de brackets e acessórios ortodonticos. * Fotocativação de materiais (selantes, cimentos cirurgicos e bases de formamto); não emite calor como as lâmpadas convencionais - A baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem 16 prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica. Não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável. Ponteira condutora de luz para clareamento - indicada para clareamento unidário ou de até três dentes. Protetor ocular, assegura total proteção, sem comprometer o campo visual. Acompanha suporte de pontas, permite posicionamento nos mais variados locais, como laterais de equípos, unidades de água, armários, etc Fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260V 50 e 60Hz.. Sistema Stand-by Design Automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização. Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Alimentação: 93V - 260V 100%; frequência: 50/60 Hz; potência: 15 VA; fusível: 1 A; Fonte de Luz Azul: 1 LED (Light Emitting Diodes); meio ativo: semicondutor (InGaN) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: Padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos; somizador de tempo: Um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento: através dos botões na caneta; adionamento /interrupção do LED e ajuste do tempo de ativação. Condutor de luz: ponteira confeccionada em polímero especial, giratória, removível e reutilizável. Corpo de caneta: Confeccionado em ABS de alta resistência Peso líquido: 0,163 Kg.</p>	Ecel	UND	4	R\$ 689,00	seiscentos e oitenta e oito reais	R\$ 2.752,00	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais
<p>17 Máquina de solda a ponto Tensão de alimentação 110 ou 220V (chave seletora); Potência máxima 1.100W ; Corrente IOA (110V) / 5A (220V); Frequência de uso 2 pontos/segundo por 5 segundos máx.; Passo 4,66K; Tensão em vazio 4,0V máx. Função revendo, acompanhando Chave Allen 1,5 mm; Manual de Instruções, Cabo Auxiliar com garras Jacearé Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.</p>		UND	3	R\$ 776,00	setecentos e setenta e seis reais	R\$ 2.328,00	dois mil, trezentos e vinte e oito reais

03/04

18	VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com micro-chave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura de tampa, tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batelona com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste; com chave geral luminosa no painel; 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, andarego e contato el ano de garantia	Ecel	UND	4	R\$ 688,00	seiscentos e oitenta e oito reais	R\$ 2.752,00	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais	
19	MOTOR DE CHICOTE: velocidade de até 15.000 RPM, Alto Torque, 100 Watts de potência, 127 - 220 Volts, Sistema de Mandril para bocas de 0,1 a 4 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação	Baltec	UND	4	R\$ 312,00	trezentos e doze reais	R\$ 1.248,00	mil duzentos e quarenta e oito reais	
20	Mufla: Com 3 parafusos; Para uso em polimerização de próteses dentárias; Excelente propriedade térmica; Alta resistência mecânica; Sistema de aperto em aço Inoxidável; Acompanha chave allen; Ângulos internos autoexpulsantes; Dimensão (Medida Externa): 11,8 x 11,8 cm; Dimensão (Medida Interna): 8 x 10 cm; Altura da Base: 24 mm.; 20 Composição: Base e Contra-Mufla; Sistema com fechamento de 3 parafusos em aço Inoxidável. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	Macedental	UND	5	R\$ 42,08	quarenta e dois reais e oito centavos	R\$ 210,40	duzentos e dez reais e quarenta centavos	
21	SELADORA em aço Inoxidável, com suporte para grau cirúrgico com espaçamento regulável, regulagem de temperatura, cortador de papel tipo trilha; corta em ambos os sentidos; corpo em aço inox, resistência isolada, fechamento mediante alavanca manual com trava, chave 21 on/off com indicador luminoso, chapa de apoio frontal desmontável. Alimentação: 127/220 V; Frequência: 50/60 Hz Potência: 570/460 W; Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm; Peso líquido:6,4 kg; Peso bruto:8,26 kg		UND	11	R\$ 264,00	duzentos e sessenta e quatro reais	R\$ 2.904,00	dois mil, novecentos e quatro reais	
22	Pressa convencional; Pressagem 4 toneladas; Sistema hidráulico inferior; Sem necessidade de fixação na bancada; Capacidade de 2 muflas de micoondas ou convencional; Serve também para muflas 22 parciais; Dimensões: 200 x 200 x 340mm. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação		Vh	UND	6	R\$ 1.172,80	mil cento e setenta e dois reais e oitenta centavos	R\$ 7.036,80	sete mil e trinta e seis reais e oitenta centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA									
cento e sessenta e nove mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos									

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas de fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

FORTALEZA-CE, 19 de julho de 2017

Rogério Cavalcante
Rogério Cavalcante
Med-Donto Com. de Prod. Hospitalar Ltda

ROGERIO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR

CPF: 052.559.303-93

CNPJ: 69.366.326/0001-33

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

SRE PRECATORIO(A)

ITATINGA-CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP

DATA: 19 DE JULHO DE 2017, ÀS 14H:00 MIN

Med-Donto Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ: 69.366.326/0001-33 CGF: 06.908.768-7

Rua: Torres Câmara, Nº 140 Aldeia - Cep - 60.150-060 - Fortaleza - Ceará

FONE/FAX: (085) 3133-0608/3133-0604

Email: licitacao@meddonto.com

Banco do Brasil: 001 Agência: 1369-2 C/C: 213449-7

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO, REFLETOR, MOCHO, CADEIRA ODONTOLÓGICA: com acionamento através de sistema de motor redutor, com oito movimentos automáticos, sendo, sendo 4 individuais, 3 sincronizados, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "last position, e apoio de braços, direito e esquerdo rebaixável; MESA DO EQUIPO: Sistema Cart (mesa com rodízios), bandeja auxiliar em aço inoxidável sem bordas, negatoscópio para até 6 radiografias. Mesa com 4 terminais Borden, sendo 1 seringa triplice, duas mangueiras Borden para alta e baixa rotação, e uma quarta ponta Borden. Possui regulagem externa do AR/água dos instrumentos, tubulação do equipamento totalmente embutida garante melhor assepsia do consultório. Sistema de desintecção completa das mangueiras e componentes internos de água, garantindo eliminação de riscos de contaminação cruzada. Seringa triplice esterilizável: bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave. Separador de detritos localizados na mangueira de sucção facilita limpeza. Filtro de água e ar. PEDAL DE COMANDO: de ar destacável tanto para esquerda quanto para direita, integra todos os movimentos: da cadeira, refletor e acionamento dos instrumentos, ao ser separado de cadeira. Permite ao profissional maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisionôcio. REFLETOR: fechado possui duas alças de movimentação ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para a assistente. Gera luz fria, (cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina). Acionamento progressivo ou três posições préprogramadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +1 - 15% a 6.000 lux. SUCTORA: Unidade auxiliar rebaixável em 90°, com suporte triplo. Opção de cuba em porcelana removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de detrito integrada à mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO Características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para DONTOPEDIATRIA. Rolamento CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema trocabraca com saca broca. Encixe: Borden (universal). Spray: único, em bique. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem Press Burton. - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	Kavo	UND	3	R\$ 10.000,00	dez mil reais	R\$ 30.000,00	trinta mil reais
2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para DONTOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema trocabraca com saca broca. Encixe: Borden (universal). Spray: único, em bique. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem Press Burton. - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	Kavo	UND	3	R\$ 459,24	quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos	R\$ 1.377,72	mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos

01/24

3	<p>KIT DE PEÇAS DE MÃO COM 4 PEÇAS E ROLAMENTO DE CERÂMICA-Turbina encaixe bordem 2 furos , refrigeração por spray , triplo, capa curta, resfriamento a água, rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em até 1332 graus, corpo em latão. Motor durabilidade mínimo de 350.000rpm e máxima de 450.000 rpm.Características Acoplamento: bordem Spray : Triplo Sistema troca broca: FG Potência: 13W Ruído em dB(A): 66dB Torque Axiel: 30N Torque Radial: 10N Micro motor Intramatric encaixe bordem sistema de refrigeração interna, sistema de rotação ajustável, sistema universal. Contra ângulo intramatric encaixe universal transmissão 1:1 sistema de broca convencional com resarilha SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratório. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e garantia de 1 ano.</p>	Kavo	UND	3	R\$ 1.891,97	mil oitocentos e noventa e um reais e sete centavos	R\$ 5.675,91	cinco mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos
4	<p>MICRO MOTOR, esterilizável em autoclave, com sistema de conexão furos, sistema intra de encaixe rápido das pontas em giro de 360º das peças acopladas, com recurso de Inversão de rotação e regulagem de 3.000 a 18.000 rpm, consumo de ar máximo de 65 litros/min e peso reduzido. Produto com registro no Ministério de Saúde/Anvisa e certificado de conformidade com as normas NBR/INMETRO ou equivalente.</p>	Kavo	UND	10	R\$ 564,80	quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos	R\$ 5.648,00	cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais
5	<p>CONTRA ÂNGULO: esterilizável em autoclave a 135ºC suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema intra, com relevo de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de aço temperada com sistema lateral de acoplamento, peso máximo de 44,5 g, Garantia mínima de 12 (Doze) meses Contatos a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e Comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.</p>	Kavo	UND	10	R\$ 511,04	quinhentos e onze reais e quatro centavos	R\$ 5.110,40	cinco mil, cento e dez reais e quarenta centavos
6	<p>MICROMOTOR ENDODONTICO Micromotor endodântico rotativo com funcionamento elétrico e a bateria, base compacta com peso máximo de 580g, ausência de pedal de comando, visor amplo em cristal líquido, botões individuais para cada função, contra ângulo leve de peso máximo de 150g, com cabeça pequena de peso máximo de 35g, boião de adionamento na peça de mão, sistema na peça de mão que possibilite o uso de intercâmbio de vários modelos de cabeça, sistema intermediário 6:1 de rotação, velocidade de rotação de 250 a 1200 rpm, torque de 0,6 a 4,0 N.cm, reprodução para Waveone e controle de torque e modos de auto- reverso para instrumentos de rotação contínuos, possibilita tratamento com técnica de arquivo único,versatilidade no tratamento onde o praticante se concentra totalmente sobre o paciente, simplicidade de utilização, boa visibilidade e acesso como acessório do contra-ângulo diminuto.</p>	Dentsply	UND	3	R\$ 6.843,20	seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos	R\$ 20.529,60	vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos
9	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO - DE ÓLEO: deslocamento teórico/ FLUXO DE AR (l/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (ppcm): 6 pás cúbicos/min; diâmetro de saída (pou): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psj): 120; pressão de operação mínima (psj): 80; regime de trabalho: Intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M.; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	Schuster	UND	5	R\$ 3.186,55	três mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 15.932,75	quinze mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos
12	<p>BOMBIA A VÁCUO PARA até 2 CONSULTÓRIOS potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios simultaneamente, sem perda de rendimento. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados, possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e Travamentos. Alimentação: 127/220 V.; Frequência: 50/60 Hz Motor: 1/2 CV -0,37 KW; RPM: 2870 -50Hz / 3444 60Hz; Potência Nominal: 665 VA; Corrente Nominal: 4,6 A - 220 V / 9,2 A - 110 V.; Tensão do comando: 24 V.; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 L/min; Peso líquido: 21,90 Kg; Vazão máxima: 200 L/min; altura: 40,00 cm; largura: 39,00 cm; Comprimento: 44,00 cm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia</p>	Schuster	UND	1	R\$ 3.239,41	três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos	R\$ 3.239,41	três mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos

02/104

13	LOCALIZADOR APICAL Localizador Apical Eletrônico utilizado para localização do ápice e do cumprimento do trabalho em conformidade com as normas IEC60601-1 e CE 0459. Visor do tipo color graphic TFT de 3,5 polegadas, bateria de 2,4V NiMH recarregável, carregador externo com entrada de 120V / 50-60Hz ou 230V/50-60-1z e saída de 6V DC. Dimensões aproximadas de 130 x 80 x 63mm. Peso aproximado de 360Gr. Acessórios: 1 carregador, 1 cabo de medição, 2 cliques labiais, 2 ganchos de ligação, 2 conectores bifurcados.	Schuster	UND	1	R\$	1.881,60	mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos	R\$	1.881,60	mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos
14	AUTOCLAVE 21 LITROS - SECAGEM COM PORTA ABERTA e Digital com display de LCD; 5 programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Peso alumínio 27,4 kg; inox 30 kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de suporte (l/m²) 45,9 (l/m²); espaço livre necessário p/ o movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câm (l x p x P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L x A x P 39,5 X 38 X 61 cm; 14 voltagem 220 V; frequência 50/60 Hz; potência 1600 wats; consumo elétrico 500 wats por ciclo; pressão mínima e máxima 0 a 4 kgf/cm²; temperatura da água drenada 100°; teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; Secagem com porta ABERTA; 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato.	Ecel	UND	6	R\$	3.760,00	três mil, setecentos e sessenta reais	R\$	22.560,00	vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais
15	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana; controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão; ciclos programáveis; sistema de secagem de material; depressurização e desligamento automático ao final do ciclo; atuação descontínua da resistência para menor consumo de energia elétrica; tubulação interna em cobre para alta pressão; gabinete em aço reforçado, com pintura eletrolítica externa e internamente; guardião da tampa em silicone vulcanizado de alta resistência.	Cristofoli	UND	2	R\$	18.960,00	dezoito mil, novecentos e sessenta reais	R\$	37.920,00	trinta e sete mil, novecentos e sessenta reais
16	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO Caneta muito mais leve e resistente que propicia maior conforto no manuseio. Isolação elétrica entre partes energizadas e o operador. Controle de operação com botões na própria caneta. Botão para acionamento/interrupção do LED ; botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos ; indica o tempo decorrido e o fim da operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcorrido. Sinal sonoro a cada 10 segundos. LED de alta potência com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais. Luz LED com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm - ótimo e seguro para procedimentos de foto-ativação dos materiais. Luz LED com comprimento de energia. Baixo custo de substituição. Possibilita a aplicação nos mais diversos procedimentos clínicos, como: • Restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos) • Restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos e coroas estéticas) • Colagem de brackets e acessórios ortodonticos; • Fotoativação de materiais (selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forramento); não emite calor como as lâmpadas convencionais - A baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem 16 prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica. Não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável. Ponteira condutora de luz para esclarecimento - indicada para esclarecimento nos mais variados locais, como: ocular, assegura total proteção, sem comprometer o campo visual. Acompanha suporte de pontas, permite posicionamento nos mais variados locais, como: laterais de equips, unidades de água, armários, etc. Fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação (tensões de 93 e 260V 50 e 60Hz - sistema Stand-by/Desliga Automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização. Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Alimentação: 93V - 260V 10%; frequência: 50/60 Hz; potência: 15 VA; fusível: 1 A; fonte de Luz Azul: 1 LED (Light Emitting Diode); meio ativo: semicondutor (InGAN) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: Padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos; sensorizador de tempo: Um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento: através dos botões na caneta, acionamento /interrupção do LED e ajuste do tempo de ativação. Condutor de luz: ponteira confeccionada em polímero especial, grãtridria, removível e reutilizável. Corpo da caneta: Confeccionado em ABS de alta resistência Peso líquido: 0,163 Kg.	Ecel	UND	4	R\$	688,00	seiscentos e oitenta e oito reais	R\$	2.752,00	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais
17	Máquina de solda a ponto Tensão de alimentação 110 ou 220V (chave seletora); Potência máxima 1.100W ; Corrente IOA (110V) / 5A (220V); Frequência de uso 2 pontos/segundo por 5 segundos máx.; Peso 4,8Kg; tensão em vazio 4,0V máx. Função revendo, acompanhando Chave Allen 1,5 mm, Manual de Instruções; Cabo Auxiliar com garra Jacaré Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.		UND	3	R\$	776,00	setecentos e setenta e seis reais	R\$	2.328,00	dois mil, trezentos e vinte e oito reais

03104

18	VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com micro-chave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura de tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência de haste, com chave geral luminosa no painel; 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, enderço e contato el ano de garantia		UND	4	R\$	689,00	seiscentos e oitenta e oito reais	R\$	2.752,00	dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais
19	MOTOR DE CHICOTE: velocidade de até 15.000 RPM, Alto Torque, 100 Watts de potência, 127-220 Volts, Sistema de Mandril para bocas de 0,1 a 4 mm de diâmetro. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação		UND	4	R\$	312,00	trezentos e doze reais	R\$	1.248,00	mil duzentos e quarenta e oito reais
20	Mufia: Com 3 parafusos; Para uso em polimerização de próteses dentárias; Excelente propriedade térmica; Alta resistência mecânica; Sistema de aperto em aço inoxidável; Acompanha chave allen; Ângulos internos autoexpulsantes; Dimensão (Medida Externa): 11,8 x 11,8 cm; Dimensão (Medida Interna): 8 x 10 cm; Altura da Base: 24 mm.; 20 Composição: Base e Contra-Mufia; Sistema com fechamento de 3 parafusos em aço inoxidável. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	Macdental	UND	5	R\$	42,08	quarenta e dois reais e oito centavos	R\$	210,40	duzentos e dez reais e quarenta centavos
21	SELADORA em aço inoxidável, com suporte para grau cirúrgico com espaçamento regulável, regulagem de temperatura, cortador de papel tipo trilho: cora em ambos os sentidos; corpo em aço inox, resistência isolada, fechamento mediante alavanca manual com trava, chave 21 cm/off com indicador luminoso, chapa de apoio frontal desmontável Alimentação: 127/220 V ; Frequência: 50/60 Hz Potência: 570/460 W; Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm; Peso líquido:6,4 Kg; Peso bruto:8,26 kg		UND	11	R\$	264,00	duzentos e sessenta e quatro reais	R\$	2.904,00	dois mil, novecentos e quatro reais
22	Prensa convencional. Prensaagem 4 toneladas; Sistema hidráulico inferior; Sem necessidade de fixação na bancada; Capacidade de 2 mufas de microondas ou convencional; Serve também para mufas 22 parafusos; Dimensões: 200 x 200 x 340mm. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação		UND	6	R\$	1.172,80	mil cento e setenta e dois reais e oitenta centavos	R\$	7.036,80	sete mil e trinta e seis reais e oitenta centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA										
cento e sessenta e nove mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos										
169.106,59										

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas de fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

FORTALEZA-CE, 19 de julho de 2017

Rogério C. Da Silva Junior
 Med-Donto Com. de Prod. Hospitalar Ltda
 Rogério Cavalcante da Silva Junior

CPF: 052.559.303-93

CNPJ: 69.366.326/0001-33

09/04

DECLARAÇÃO

A empresa MED DONTO Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ No. 69.366.326/0001-33, com sede a Rua Torres Câmara, 140 - Aldeota Fortaleza-CE, através de seu sócio proprietário sr. FERNANDO HENRIQUE MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito sob o CPF: 203.452.673-20 e RG Nº 1.314.793, SSP-CE. DECLARA:

a) para devidos fins de direito para fins de prova em processo licitatório acima citado, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/199, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao artigo 7º, da Constituição Federal, que NÃO emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturnos, perigoso ou insalubre, NÃO emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da Lei, que atenderá as exigências do Edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS.

c) que não existem fatos superveniente impeditivos ao de nossa habilitação para este certame licitatório, comprometendo-se, ainda, a comunicar imediatamente qualquer eventual penalidade administrativa que venha a sofrer, por qualquer ente público, após a habilitação no presente certame licitatório, em especial, as penalidades de suspensão e declaração de inidoneidade, nos termos do Art.32, § 2º, da Lei Nº 8.666/93.

d) que, examinamos as exigências do referido Edital de Pregão e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, em conformidades com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, para participação do certame mencionado.

e) sob as penas da Lei, que atenderá as exigências do edital, que não foi declarada INODÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública os termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômica - financeira.

f) o seguinte (1) que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente licitatório; e (3) que sua proposta integralmente aos requisitos neste edital e que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

g) que tem pleno conhecimento integralmente com todas as cláusulas e termos do edital e seus anexos e atende a todos o requisitos exigidos para habilitação na licitação e ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

h) sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo, que nos preços oferecidos estão inclusos todas as despesas de fornecimento dos produtos, taxas, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, benefícios, transportes (carrego e descarrego), seguro, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

i) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório, e entregamos os produtos cotados dentro das especificações, validade e no local indicado conforme o Edital.

j) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que executados conforme exigências editalícia e contratual, e que serão iniciados a partir de recebimento da Ordem de Serviço.

l) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar especialmente para fins de prova em processo licitatório acima citado, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (Ce), 13 de julho de 2017

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Fernando Henrique Moreira Ramos de Vasconcelos
CPF: 203.452.673-20

Med-donto Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - Rua Torres Câmara, 140-Bairro: Aldeota CNPJ nº
69.366.326/0001-33 CGF nº 06.908.768-7 PABX: (85) 3133-0606 - Cep: 60150-060 E-mail:

meddonto@hotmail.com

14 JUL. 2017

1º Ofício de Notas e Protesto
Av. Santos Dumont, 2077 - Fone: 3422.6400
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

A presente cópia fotostática conferida original exibido nestas notas. Dou fé. Fortaleza, 13 de julho de 2017.
Emol: 1.28 - Ferm: 0.05 - Selo: 0.84 - FAADEPIFRMP

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Substituto
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES - Substituto
WEBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
TACIANO LIRA GONÇALVES - Esc. - CTPS 56519



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 0307.01/2017/PP

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
SR. MARIA LEONEIZ MIRANDA SERPA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017-PP
ABERTURA: 19/07/2017 - ÀS 14:00HS

PROPONENTE: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, 255A, FATIMA FORTALEZA – CEARA CEP: 60.040-530
CNPJ: 03.183.450/0001-55
E-MAIL: LEANDRONISH@GMAIL.COM
TELEFONE: (85) 3283.5959
BANCO: BRANCO DO BRASIL AGÊNCIA Nº.:1369-2 CONTA CORRENTE Nº.: 27744-4

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER O PSF E CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QTD	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL	EXT UNITARIO	EXT TOTAL
2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADA PARA ONTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCABROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM 2 LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MÁX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W.ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. MOD. FUTURA 2 1S COM ROLAMENTO CERAMICO	UND	3	DENTIFLEX	R\$ 614,55	R\$ 1.843,65	SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
3	KIT DE PEÇAS DE MÃO COM 4 PEÇAS E ROLAMENTO DE CERÂMICA – TURBINA ENCAIXE BORDEN 2 FUROS , EFRIGERAÇÃO POR SPRAY , TRIPLO, CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTOS DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 1352 GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000RPM E MÁXIMA DE 450.000 RPM.CARACTERÍSTICAS	UND	3	DENTIFLEX	R\$ 1.763,64	R\$ 5.290,92	HUM MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS	CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

387

	ACOPLAMENTO: BORDEM SPRAY : TRIPLO SISTEMA TROCA BROCA: FG POTENCIA: 13W RUÍDO EM DB(A): 66DB TORQUE AUXILIAR 30N TORQUE RADIAL: 10N MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BORDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO JUSTÁVEL, SISTEMA NIVERSSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA NVENCIONAL COM RECARTILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS DO ANEL GIRATÓRIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO. MOD. 01 IMPACT 3S PD COM ROLAMENTO CERAMICO							
4	MICRO MOTOR ,ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS EM GIRO DE 360P DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM RECURSO D E INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MÁXIMO DE 65 LITROS/MIN E PESO REDUZIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DE SAÚDE/ANVISA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/INMETRO OU EQUIVALENTE. MOD. MI 01	UND	10	DENTFLEX	R\$ 538,18	R\$ 5.381,80	QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS	CINCO MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
5	CONTRA ÂNGULO: STERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360 SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO MÁXIMO DE 44,5 G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS	UND	10	DENTFLEX	R\$ 462,55	R\$ 4.625,50	QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

	MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MOD. FX 110 1:1 COM ADAPTADOR							
9	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: ESLOCAMENTO TEÓRICO(FLUXO DE AR) (1/MIN): 170 LITROS/MIN;DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POU: 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 670 X 440 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M ; RUÍDO (DB A): 78; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 29 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. MOD. OP8430VN	UND	5	PRESSURE	R\$ 3.172,56	R\$ 15.862,80	TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	QUINZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS
10	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: ESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POU: 1/4; DIMENSÃO L A X (MM): 450 X 840 X 1300 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2 X 2 -V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 137 KG; PESO LÍQUIDO 47 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M ; RUÍDO (DB A): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. MOD. OP25200VN	UND	1	PRESSURE	R\$ 8.385,89	R\$ 8.385,89	OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS	OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS
11	RAIO X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL: RAIOS-X COM BASE DE FERRO FUNDIDO EM FORMA DE U DIMENSIONADA PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM ESTABILIDADE, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM	UND	2	PROCION	R\$ 9.181,82	R\$ 18.363,64	NOVE MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

389
B

<p>REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO QUE ESTABILIZA A ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL E PRODUZINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES, VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8 MA, CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5 MM, FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A 2,5 MM, DUPLA COLIMAÇÃO QUE DIMINUI A INCIDÊNCIA DE RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABECOTE EM ÓLEO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,1 A 2,5 SEGUNDOS, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM, TÍMER DIGITAL MICROCONTROLADO, COMPENSADOR ELETRÔNICO DE TEMPO QUE CORRIGE O TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM FUNÇÃO DE PEQUENAS VARIAÇÕES DA REDE ELÉTRICA E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SUB E SOBRETENSÃO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, I DISPLAY DIGITAL E TECLADO DE MEMBRANA COM OPÇÕES DE SELEÇÃO DO TIPO DE RADIOGRAFIA (OCLUSAL, INTERPROXIMAL E PERIAPICAL), TIPO E POSIÇÃO DO DENTE, SENSIBILIDADE DO FILME (PELÍCULA OU SENSOR DIGITAL) E FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, NORMA JIS Z 2801 BANHO DE PROTEÇÃO ANTI-MICROBIANO E ANTI-BACTERICIDA NAS SUPERFÍCIES DE CONTATO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPO MAIS ADEQUADO PARA CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA COM GRANDE PRECISÃO, MINIMIZANDO EXPOSIÇÕES DESNECESSÁRIAS E ELHORANDO A QUALIDADE RADIOGRÁFICA. O CONTROLE REMOTO POSSUI TEMPOS PADRÕES DE EXPOSIÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS, CONFORME CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA E MEMÓRIA PARA PROGRAMAÇÃO DE NOVOS TEMPOS PELO PRÓPRIO CD. O RAIOS-X POSSUI TOTAL ADEQUAÇÃO ATODAS ÀS</p>												<p>Handwritten signatures and initials in blue ink.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ACOMPANHA CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO. TENSÃO : 127/220V EM 50/60 HZ; FOCO : 0,8 X 0,8 MM; POTÊNCIA : 950 VA; FUSÍVEL : 15 A (127 V) E 10 A (220 V) ; COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1095 MM. INCLUINDO SENSOR DIGITAL COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO MOD. DIGITAL PLUS							
12	BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS IMULTANEAMENTE, SEM PERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V ; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW; RPM: 2870 - 501-1Z / 3444 - 601-1Z; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220 V / 9,2 A - 110 V ; TENSÃO DO COMANDO: 24 V ; VÁCUO MÁXIMO: 400 MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG; VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00 CM; COMPRIMENTO: 44,00 CM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA MOD. ELETRONIC PLUS	UND	1	SCHUSTER	R\$ 3.499,33	R\$ 3.499,33	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
15	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA; CONTROLE DOS PARÂMETROS DE UNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO; CICLOS PROGRAMÁVEIS, SISTEMA DE SECAGEM DE MATERIAL; DESPRESSURIZAÇÃO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO; ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO; GABINETE EM AÇO REFORÇADO, COM PINTURA	UND	2	SERCON	R\$ 21.694,55	R\$ 43.389,10	VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS	QUARENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

	ELETRÓSTATICA EXTERNA E INTERNAMENTE; GUARNIÇÃO DA TAMPA EM SILICONE VULCANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA. MOD. AHMC-14 ECOSPEED							
16	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO .LSOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA AÇIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED ; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS , INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. LED DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS.LUZ LEO COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA ROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO.POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: • RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS) • RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS) • COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS; • OTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COMO AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TERMICA NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE	UND	4	KONDORTEC	R\$ 527,27	R\$ 2.109,08	QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS

	<p>VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RÚIDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITÁRIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMÁRIOS, ETC FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V 50 E 60HZ..SISTEMA STAND-BY DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93V - 260V 10%; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 15 VA; FUSÍVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM; DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS; TIMER: 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM "BIP" CURTO A CADA 10 SEGUNDOS E 5 "BIPS" APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVÉS DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO /INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA NFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAL, GIRATÓRIA, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LÍQUIDO: 0,163 KG. MOD. LED 5</p>							
18	<p>VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/ SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HASTE</p>	UND	4	KONDORTEC	R\$ 781,82	R\$ 3.127,28	SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	TRES MIL, CENTO E VINTE E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

	BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS ; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO EI ANO DE GARANTIA MOD. WG-100							
19	MOTOR DE CHICOTE: ELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTENCIA, 127- 220 VOLTS, SISTEMA DE MANDRIL PARA BORCAS DE 0,1 A 4 MM DE DIÂMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MOD. FORCE	UND	4	BELTEC	R\$ 454,55	R\$ 1.818,20	QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	HUM MIL OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE CENTAVOS
22	PRENSA CONVENCIONAL: PRENSAGEM 4 TONELADAS; SISTEMA HIDRÁULICO INFERIOR; SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA BANCADA; CAPACIDADE DE 2 MUFLAS DE MICROONDAS OU ONVENCIONAL; SERVE TAMBÉM PARA MUFLAS PARCIAIS; DIMENSÕES: 200 X 200 X 340MM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UND	6	PROTECNI	R\$ 1.270,91	R\$ 7.625,46	HUM MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS	SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 121.322,65	

1. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 121.322,65 (CENTO E VINTE UM MIL TREZENTOS E VINTE DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)


2. PRAZO: CONFORME EDITAL

3. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)

4. LICITANTE INFORMA QUE, NOS VALORES APRESENTADO ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAS, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FONECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

5. O LICITANTE INFORMA QUE TENHO O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRAR TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTINAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.

FORTALEZA, 18 DE JULHO DE 2017


LABTÉCNICA PROD. PI/LAB. EIRELI
Leandro Nishida Wanderley
CPF: 918.366.463-72
LEANDRO NISHIDA WANDERLEY
CPF: 918.366.463-72
RG Nº: 99002164930 – SSPDC – CE.



DECLARAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Ref.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0307.01/2017/PP

À empresa **LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI ME**, CNPJ/MF nº 03.183.450/0001-55, sediada na Av. Treze de Maio, 255 A – Fátima – Fortaleza – CE, **DECLARA** sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP**, junto a **Á PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA**, o seguinte:

- 1- Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes no instrumento convocatório, em conformidade com o inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002;
 - 2- Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório; e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;
 - 3- Que expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos anexos deste edital;
 - 4- Que em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no Dou de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho algum, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos;
 - 5- Que atendera as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT;
 - 6- Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos,;
 - 7- Que inexistente qualquer fato superveniente impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame Licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art 32,§2º, da Lei 8.666/93;
 - 8- Que não esta sendo investigada a partir do oferecimento de denuncia pelo Ministerio Publico e/ou qualquer outro órgão de fiscalização e investigação destinada aos fins que trata esse instrumento de declaração, bem como, seus representantes legais não estão sendo condenados e respondendo a processo criminal por corrupção ativa, trafico de influencia, impedimento, fraude em licitação, formação de quadrilha e/ou outros tipos de crimes, na pratica de atos ilícitos contra a Administração Publica (Federal, Estadual e Municipal).
 - 9- Que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, royalties, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, fretes e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos e compromete-se a entregar os produtos dentro das especificações e condições deste edital, e que os produtos oferecidos são de boa qualidade;
 - 10- Que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, e que serão entregues conforme exigência editalícia e contratual, e que serão entregues ate 10 (dez) dias após o recebimentos da Ordem de Compra.
 - 11- Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data do pregão; que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento; e que capacidade de atendimento da garantia é ofertada pelo fabricante do equipamento;
- Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 18 de Julho de 2017



LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI ME
ANDRE ANDRADE DE SOUSA
CPF 425.819.663-00

Cliente: 96730-PREF. MUNICIPAL DE ITAITINGA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.
Endereço: AVENIDA CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, 1710 - ANTÔNIO MIGUEL
 CEP: 61880-000 - ITAITINGA/CE

Pregão: 0307.07/2017/PP
 Dt Abert: 19/07/2017 às 14:00
Tipo: PREGÃO PREÇO DE VALOR
Data Doc: 19/07/2017

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER O PSF E CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO- REFLETOR- MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTO REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, "LAST POSISTION", E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL: BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. SEPARADOR DE DETRITOS LOCALIZADOS NA MANGUEIRA DE SUÇÃO FACILITA LIMPEZA. FILTRO DE ÁGUA E AR. PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE DE MOVIMENTOS, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. REFLETOR: FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, VARIANDO DE 22.000 +/- 15% A 6.000 LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90°, COM SUPORTE TRÍPLICE. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE; COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIOS DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	GNATUS	3	UND	12.906,2600	38.718,78
R\$ Unit Item: DOZE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS						
02	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADA PARA DONTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MÁX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS-2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	DENTIFLEX	3	UND	540,5200	1.621,56
R\$ Unit Item: QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						
03	KIT DE PEÇAS DE MÃO COM 4 PEÇAS E ROLAMENTO DE CERÂMICA- TURBINA ENCAIXE BORDEM 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY,	DENTIFLEX	3	UND	1.256,9600	3.770,88



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	Valor Unit	R\$ Total
	<p>TRIPLO, CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTOS DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000RPM E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS ACOPLAMENTO: BORDEM SPRAY : TRIPLO SISTEMA TROCA BROCA: FG POTENCIA: 13W RUIÍDO EM DB(A): 66DB TORQUE AXIAL: 30N TORQUE RADIAL: 10N MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BORDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTEILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35 MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS DO ANEL GIRATÓRIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO.</p> <p>-Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS</p>					
04	<p>MICRO MOTOR , ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, CM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FURÓS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS EM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, COM RECURSO D E INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MÁXIMO DE 65 LITROS/MIN E PESO REDUZIDO. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DE SAÚDE/ANVISA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR/INMETRO OU EQUIVALENTE.</p> <p>-Dotação:CEO >> Qtde = 5 -Dotação:PSF >> Qtde = 5</p> <p>R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS</p>	DENTFLEX	10	UND	473,3600	4.733,60
05	<p>CONTRA ÂNGULO: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA, COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1, POSSUI CORPO EM ALUMÍNIO E LATÃO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, DEVE PERMITIR O A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FIXAÇÃO DA BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO MÁXIMO DE 44,5 G. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>-Dotação:CEO >> Qtde = 5 -Dotação:PSF >> Qtde = 5</p> <p>R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: QUATRO MIL E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS</p>	DENTFLEX	10	UND	406,8300	4.068,30
07	<p>APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, COMPOSTO POR JATO DE BICARBONATO: APARELHO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO CONSTITUÍDO DE UM CIRCUITO OSCILADOR QUE ENVIA TENSÃO COM FREQUÊNCIA DE 28 KHZ PARA A PEÇA DE MÃO (TRANSDUTOR) COM QUATRO PASTILHAS DE CERÂMICA MONTADAS INTERMITENTES UMA A OUTRA. VIBRAÇÃO COM MOVIMENTO LINEAR ANTERO-POSTERIOR LONGITUDINAL AO CABO SEM A NECESSIDADE DE ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE PARA MAIOR LONGEVIDADE DO TRANSDUTOR, PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, DUAS CAPAS DO TRANSDUTOR REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL A 135°C, 4 PONTAS DE RASPAGEM AUTOCLAVÁVEIS A 135°C, CHAVE UNIVERSAL PARA TROCA DAS PONTAS COM PROLONGADOR QUE IMPEÇA O CONTATO MANUAL DIMINUINDO O RISCO DE FERIMENTO AO USUÁRIO, REVESTIDO EM POLIURETANO AUTOCLAVÁVEL A 135°C. CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA EM 4 ESTÁGIOS (AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DA PONTA DE 0,05 A 0,1 MM), CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE 28 KHZ CONSTANTE QUE MANTÉM A VIBRAÇÃO MESMO QUANDO HÁ OSCILAÇÕES DA TENSÃO DA REDE, MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, CORPO EM POLIURETANO DE SUPERFÍCIE LISA DE ALTA DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEDAL DE COMANDO COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DE QUALQUER ÂNGULO COM FACILIDADE, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, 01 FILTROS DE AR, MANGUEIRAS LISAS E FLEXÍVEIS, RESERVATÓRIO E BOMBA DE SUÇÃO QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE LÍQUIDO PARA ASSEPSIA NO PROCEDIMENTO. APARELHO COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO DO TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM. EM CASO DE DEFEITO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 X 36 X 25 CM (L X C X A). CONSUMO APROXIMADO DE 10 L/MIN. PRESSÃO APROXIMADA DE 60 PSI (MIN) A</p>	GNATUS	3	UND	2.505,3300	7.515,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	80 PSI (MAX). POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 25 VA. ALIMENTAÇÃO DE 110 A 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2 R\$ Unit Item: DOIS MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: SETE MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS					
08	PLASTIFICADORA: ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO VÁCUO; PERMITE AQUECIMENTO NOS DOIS LADOS DA PLACA; ACEITA PLACAS REDONDAS E QUADRADAS COM ATÉ 7MM DE ESPESSURA; MOTOR COM 1400W DE POTÊNCIA; VOLTAGEM: 110V. RESISTÊNCIA DE CARBONO; 1 ANO DE GARANTIA. EQUIPAMENTO PARA CONFECÇÃO DE MOLDEIRAS PARA DIVERSAS APLICAÇÕES.PRINCIPAIS APLICAÇÕES: PROTETOR BUCAL; MOLDEIRAS PARA CLAREAMENTO CASEIRO; MATRIZ PARA RESINA COMPOSTA; PONTE PROVISÓRIA; CASQUETES; FIXAÇÃO DE BRAQUETES; MOLDEIRA PARA FLUORETAÇÃO; GUIA CIRÚRGICO; PLACA DE MORDIDA (BRUXISMO); PLACA BASE; MOLDEIRAS INDIVIDUAIS; EMBALAGEM DE MODELOS DE ESTUDO (ARQUIVO). APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 1 PLASTIFICADORA, 1 CABO DE FORÇA, 250G GRANALHA DE VIDRO, 1 CHAVE ALLEN 4MM, 1 MOSTRUÁRIO DE PLACAS, 1 PORTA MODELOS, MANUAL DE INSTRUÇÕES, 2 CABOS DE ACIONAMENTO DE VÁCUO, 1 CABO DA UNIDADE DE AQUECIMENTO E 1 CABO DO ANEL ROTATIVO. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2 R\$ Unit Item: UM MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: QUATRO MIL E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS	BIOART	3	UND	1.335,3500	4.006,05
09	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO(FLUXO DE AR) (L/MIN): 170 LITROS/MIN; DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 670 X 440 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M ; RUIÍDO (DB A): 78; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310"; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 29 ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. -Dotação:CEO >> Qtde = 2 -Dotação:PSF >> Qtde = 3 R\$ Unit Item: TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: DEZOITO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS	GNATUS	5	UND	3.754,9600	18.774,80
11	RAIÓ X ODONTOLÓGICO INTRA ORAL: RAIOS-X COM BASE DE FERRO FUNDIDO EM FORMA DE U DIMENSIONADA PARA MOVIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM ESTABILIDADE, PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM REGULADOR DE TENSÃO ELETRÔNICO QUE ESTABILIZA A ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO AUMENTANDO SUA VIDA ÚTIL E PRODUZINDO RADIOGRAFIAS UNIFORMES, VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 8 MA, CILINDRO DIRECIONAL LONGO COM REVESTIMENTO DE PELÍCULA DE CHUMBO DE 0,5 MM, FILTRO DE ALUMÍNIO EQUIVALENTE A 2,5 MM, DUPLA COLIMAÇÃO QUE DIMINUI A INCIDÊNCIA DE RADIAÇÕES SECUNDÁRIAS, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO 0,1 A 2,5 SEGUNDOS, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS-X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM, TIMER DIGITAL MICROCONTROLADO, COMPENSADOR ELETRÔNICO DE TEMPO QUE CORRIGE O TEMPO DE EXPOSIÇÃO EM FUNÇÃO DE PEQUENAS VARIAÇÕES DA REDE ELÉTRICA E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SUB E SOBRETENSÃO, CONTROLE REMOTO COM CABO ESPIRALADO, DISPLAY DIGITAL E TECLADO DE MEMBRANA COM OPÇÕES DE SELEÇÃO DO TIPO DE RADIOGRAFIA (OCCLUSAL, INTERPROXIMAL E PERIAPICAL), TIPO E POSIÇÃO DO DENTE, SENSIBILIDADE DO FILME (PELÍCULA OU SENSOR DIGITAL) E FAIXA ETÁRIA DO PACIENTE ADULTO OU INFANTIL, NORMA JIS Z 2801 BANHO DE PROTEÇÃO ANTI-MICROBIANO E ANTI-BACTERICIDA NAS SUPERFÍCIES DE CONTATO, PERMITINDO A SELEÇÃO DO TEMPO MAIS ADEQUADO PARA CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA COM GRANDE PRECISÃO, MINIMIZANDO EXPOSIÇÕES DESNECESSÁRIAS E MELHORANDO A QUALIDADE RADIOGRÁFICA. O CONTROLE REMOTO POSSUI TEMPOS PADRÕES DE	GNATUS	2	UND	7.294,3200	14.588,64

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	EXPOSIÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS, CONFORME CADA SITUAÇÃO ESPECÍFICA E MEMÓRIA PARA PROGRAMAÇÃO DE NOVOS TEMPOS PELO PRÓPRIO CD. O RAIOS-X POSSUI TOTAL ADEQUAÇÃO A TODAS ÀS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ACOMPANHA CERTIFICADO DE CONTROLE DE RADIAÇÃO DE FUGA EMITIDO POR FÍSICO CREDENCIADO. TENSÃO : 127/220V EM 50/60 HZ; FOCO : 0,8 X 0,8 MM; POTÊNCIA : 950 VA; FUSÍVEL : 15 A (127 V) E 10 A (220 V) ;COMPRIMENTO DO BRAÇO : 1095 MM. INCLUINDO SENSOR DIGITAL COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 1 R\$ Unit Item: SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS R\$ Total Item: CATORZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS					
12	BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEM PERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V ; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW; RPM: 2870 - 50HZ / 3444 - 60HZ ; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220 V~ / 9,2 A - 110 V~ ; TENSÃO DO COMANDO: 24 V~ ; VÁCUO MÁXIMO: 400 MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG; VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00 CM; COMPRIMENTO: 44,00 CM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA -Dotação:CEO >> Qtde = 0 -Dotação:PSF >> Qtde = 1 R\$ Unit Item: DOIS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS	GNATUS	1	UND	2.403,6000	2.403,60
13	LOCALIZADOR APICAL LOCALIZADOR APICAL ELETRÔNICO UTILIZADO PARA LOCALIZAÇÃO DO ÁPICE E DO CUMPRIMENTO DO TRABALHO EM CONFORMIDADE COM AS NORMA IEC60601-1 E CE 0459. VISOR DO TIPO COLOR GRAPHIC TFT DE 3,5 POL², BATERIA DE 2,4V NIMH RECARREGÁVEL, CARREGADOR EXTERNO COM ENTRADA DE 120V / 50-60HZ OU 230V/50-60HZ E SAÍDA DE 6V DC. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 130 X 80 X 63MM. PESO APROXIMADO DE 360GR. ACESSÓRIOS: 1 CARREGADOR, 1 CABO DE MEDIÇÃO, 2 CLIPES LABIAIS, 2 GANCHOS DE LIGAÇÃO, 2 CONECTORES BIFURCADOS. -Dotação:CEO >> Qtde = 0 -Dotação:PSF >> Qtde = 1 R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL SEISCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	GNATUS	1	UND	1.606,4500	1.606,45
14	AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO ALUMÍNIO 27,4 KG; INOX 30 KG; ESPAÇO LIVRE TOTAL 10 CM PARA CADA LADO DA AUTOCLAVE; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2) 45,9 (N/M2); ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO P/ O MOVIMENTO DA PORTA 40 CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5 MM; DIMENSÕES INTERNAS DA CÂM (D X P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L X A X P 39,5 X 38 X 61 CM; VOLTAGEM 220 V; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA 0 A 4 KGF/CM²; TEMPERATURA DA ÁGUA DRENADA 100°. TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO. -Dotação:CEO >> Qtde = 3 -Dotação:PSF >> Qtde = 3 R\$ Unit Item: TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS	GNATUS	6	UND	3.349,2000	20.095,20
15	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 54 LITROS - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; INDICAÇÃO DO CICLO ATRAVÉS DE PAINEL DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA; CONTROLE DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO REALIZADO POR MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO DE PRECISÃO; CICLOS PROGRAMÁVEIS, SISTEMA DE SECAGEM DE MATERIAL; DESPRESSURIZAÇÃO E DESLIGAMENTO	CRISTOFOLI	2	UND	15.306,6500	30.613,30

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	AUTOMÁTICO AO FINAL DO CICLO; ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA PARA MENOR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA; TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE PARA ALTA PRESSÃO; GABINETE EM AÇO REFORÇADO, COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA EXTERNA E INTERNAMENTE; GUARNIÇÃO DA TAMPA EM SILICONE VULCANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 1					

R\$ Unit Item: QUINZE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
 R\$ Total Item: TRINTA MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

16	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO .ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA AÇÃOAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED ; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS , INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. LED DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO.POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: • RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS) • RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS) • COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS; • FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COMO AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITÁRIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMÁRIOS, ETC FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V - 50 E 60HZ.. SISTEMA STAND-BY DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93V - 260V 10%; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 15 VA; FUSÍVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM; DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS; TIMER: 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM "BIP" CURTO A CADA 10 SEGUNDOS E 5 "BIPS" APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; AÇÃOAMENTO:ATRAVÉS DOS BOTÕES NA CANETA, AÇÃOAMENTO /INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAL, GIRATÓRIA, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LÍQUIDO: 0,163 KG. -Dotação:CEO >> Qtde = 2 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	GNATUS	4	UND	1.595,3900	6.381,56
----	--	--------	---	-----	------------	----------

R\$ Unit Item: UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS
 R\$ Total Item: SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

17	MÁQUINA DE SOLDA A PONTO TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220V (CHAVE SELETORA); POTÊNCIA MÁXIMA 1.100W ; CORRENTE 10A (110V) / 5A (220V); FREQUÊNCIA DE USO 2 PONTOS/SEGUNDO POR 5 SEGUNDOS MAX.; PESO 4,6KG; TENSÃO EM VAZIO 4,0V MAX. FUNÇÃO REVENIDO, ACOMPANHANDO CHAVE ALLEN 1,5 MM, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CABO AUXILIAR COM GARRAS JACARÉ GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -Dotação:CEO >> Qtde = 1 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	SESSENCE DENTAL	3	UND	724,4300	2.173,29
----	---	-----------------	---	-----	----------	----------



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	R\$ Unit Item: SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS					
18	VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/ SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HASTE BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS ; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E1 ANO DE GARANTIA -Dotação:CEO >> Qtde = 2 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	KONDENTECH	4	UND	687,6500	2.750,60
	R\$ Unit Item: SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS					
19	MOTOR DE CHICOTE: VELOCIDADE DE ATÉ 15.000 RPM, ALTO TORQUE, 100 WATTS DE POTENCIA, 127- 220 VOLTS, SISTEMA DE MANDRIL PARA BORCAS DE 0,1 A 4 MM DE DIÂMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. -Dotação:CEO >> Qtde = 2 -Dotação:PSF >> Qtde = 2	BELTEC	4	UND	559,7100	2.238,84
	R\$ Unit Item: QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS					
20	MUFLA: COM 3 PARAFUSOS; PARA USO EM POLIMERIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS; EXCELENTE PROPRIEDADE TÉRMICA; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; SISTEMA DE APERTO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACOMPANHA CHAVE ALLEN; ÂNGULOS INTERNOS AUTOEXPULSANTES; DIMENSÃO (MEDIDA EXTERNA): 11,8 X 11,8 CM; DIMENSÃO (MEDIDA INTERNA): 8 X 10 CM; ALTURA DA BASE: 24 MM.; COMPOSIÇÃO: BASE E CONTRA-MUFLA,; SISTEMA COM FECHAMENTO DE 3 PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO -Dotação:CEO >> Qtde = 2 -Dotação:PSF >> Qtde = 3	ESSENCE DENTAL	5	UND	271,9300	1.359,65
	R\$ Unit Item: DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS R\$ Total Item: UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS					
21	SELADORA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULÁVEL, REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DEPAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL.ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ ; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ ; POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238 X 470 X 390 MM; PESO LÍQUIDO:6,4 KG; PESO BRUTO:8,26 KG -Dotação:CEO >> Qtde = 5 -Dotação:PSF >> Qtde = 6	BIOART	11	UND	1.269,7500	3.967,25
	R\$ Unit Item: UM MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: TREZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROHOSPIAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia



Total Global:

CENTO E OITENTA E UM MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

R\$ Global 18p.088/34

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
CC 209838-5 / Ag.Centro - 0675-0
*Bradesco
CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12(DOZE)MESES

Francisco Gilvan Lima dos Santos
PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
FRANCISCO GILVAN LIMA DOS SANTOS
CPF: 008.687.483-74

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0307.01/2017/PP

DATA DE ABERTURA: 19 DE JULHO DE 2017 ÀS 14H00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER O PSF E CEO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

DECLARAÇÕES

A empresa **PROHOSPITAL Comércio Holanda LTDA**, inscrita no CNPJ n. 09.485.574/0001-71, sediada a Avenida Capitão Hugo Bezerra, 181 Barroso – Fortaleza/CE vem através desta, DECLARAR sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de ITAITINGA**, Estado do Ceará, que:

- I. DECLARAMOS estar cientes que:
- II. DECLARA pleno conhecimento de aceitação e de atendimento às exigências quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital, nos moldes do Art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002.
- III. DECLARA sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório nº 0307.01/2017/PP, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- IV. (a) DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº 0307.01/2017/PP, junto ao Município de ITAITINGA, estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; (b) DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; (c) DECLARA que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- V. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- VI. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- VII. (a) O licitante DECLARA que, nos valores apresentados na proposta de preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; (b) O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital.
- VIII. DECLARA que nos valores apresentados na Proposta de Preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- IX. Validade da Proposta: **60 (SESSENTA) DIAS.**
- X. DECLARAMOS que estamos idôneos para licitar e contratar com a Administração Pública.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma á presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ce, 13 de Julho de 2017.

PROHOSPITAL COM. HOLANDA LTDA

JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO
REPRESENTANTE LEGAL
RG Nº 2007614588 – 8 SSP/CE
CPF/MF Nº. 456.691.633-20

José Rufino Neto

14 JUL. 2017

Carlos Roberto Teixeira Guimarães - Tabelião
Petrouve Pereira Guimarães - Substituto
Werbschitz Bezerra Frota - Substituto
A. Gonçalves - Tabelião
TACIANE

NSA 03
AUTENTICAÇÃO
H1729.603

14 JUL. 2017

14.07.2017 09:02:41

10.07.2017 09:02:41

RECONHECIMENTO

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA FIRMADA

JOSÉ RUFINO DA SILVA NETO

Av. Capitão Hugo Bezerra nº 181 - Barroso - Fortaleza/CE - 60.862-730 - CNPJ: 09.485.574/0001-71
Fone: (85) 34523100 - Filial Juazeiro: (88) 3571.3151 - prohospital@prohospital.com.br

