

**ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 2804.01/2017/PP – PREGÃO Nº 0505.01/2017/PP**

O Município de Itaitinga/CE, através da PREGOEIRA oficial do Município, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração no PREGÃO PRESENCIAL nº. 0505.01/2017/PP, cujo objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: COMPREENDENDO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTÁTIL; ASPIRADOR DE SECREÇÃO; BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; CONCENTRADORES DE OXIGENIO DE 05 LITROS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ACESSORIOS INCLUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

A PREGOEIRA, no uso de suas atribuições resolve alterar o edital nos seguintes termos:

ALTERAÇÕES:

1. INCLUSÃO DAS QUANTIDADES DOS ITENS 01,02,03 E 04 POR NÃO APRESENTAR NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

2. ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
01	LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5L, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	Mês	08
02	LOCAÇÃO DE 02(DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGENIO PORTÁTIL, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	Mês	08
03	LOCAÇÃO DE 05(CINCO) ASPIRADORES DE SECREÇÃO, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	Mês	08
04	LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – BINIVEL, GERADOR DE FLUXO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA (SUPPORTO DE PRESSÃO COM GARANTIA DE VOLUME MÉDIO ATRAVÉS DA OSCILAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA) DEVE CONTEMPLAR OS MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS DE PRESSÃO S, ST E PC (ESPONTÂNEO, ESPONTÂNEO CONTROLADO, CONTROLADO E PRESSÃO CONTROLADA), VISOR COM INDICADORES NUMÉRICOS DE PARAMETROS AJUSTÁVEIS; COM AJUSTE, DEPRESSÃO, LNSPLAA16121AE, EXPIRATÓRIA, COMPENSAÇÃO, AUTOMÁTICA NA PRESENÇA DE VAZAMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 60 L/MIN; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BI VOLT 120/220 VOLTS AUTOMÁTICO; OS AJUSTES VENTILATÓRIOS DEVEM PERMITIR OS INTERVALOS DE NO MÍNIMO IPAD DE 4 A 30 CM DE 1120, EPAP DE 4 A 20 CM H2O, CPAD DE 4 A 20 CM H2O; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATÉ 30 IPM, TEMPO, INSPIRATÓRIO DE, A 3 SEGUNDOS, MINUTOS; TEMPO DE SUBIDA 150-600MS; TELA DE LCD DE PRESSÃO: COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARMES DE FALHA ELÉTRICA, DESCONEXÃO, APNÉIA, VOLUME MINUTO BAIXO, MONITORAMENTO: VAZAMENTO NÃO INTENCIONAL, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME TOTAL EXPIRADO. ACOMPANHADO DE BASE DE UMIDIFICAÇÃO DEVERA SER ENTREGUE ANUALMENTE PARA CADA EQUIPAMENTO: 01 FILTRO BACTERIOLÓGICO, 01 CIRCUITO (TRAQUEIAS), 01(CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO), 01 MASCARA FACIAL/NASAL. INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	Mês	08

3. A data de abertura do certame fica alterada para o dia 01/06/2017 às 09:00hs;

3. As demais condições permanecem inalteradas.

Itaitinga-Ce, em 19 de Maio de 2017.


MARIA LEONEY MIRANDA SERPA
PREGOEIRA OFICIAL
Município de Itaitinga