

LUMIAR**Saúde**

Terapia Respiratória

PROPOSTA COMERCIAL**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017/PP
DATA DO PREGÃO 01 /06 / 2017**AO(a)
PREGOEIRA(a)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017/PP
DATA DO PREGÃO 01 /06 / 2017
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h15min**REF.: PROPOSTA DE PREÇOS****OBJETO:** LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE: COMPREENDENDO CONCENTRADOR DE OXIGENIO PORTÁTIL; ASPIRADOR DE SECREÇÃO; BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE 05 LITROS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ACESSORIOS INCLUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.A empresa **LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.652.247/0001-06 com sede localizada na Av. Guido Aliberti, nº3005 Bairro Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de SP, CEP 09.581-680, por seu representante abaixo assinado, Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei no 8.666/193, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas no Pregão Presencial acima mencionado.Perfaz o valor global da presente proposta em **R\$ 326.400,00 (trezentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais)**.

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA MODELO RMS	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
1	08	Mês	LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5L , COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	CONCENTRADOR MERCURY 05 LPM MARCA: LUMIAR / FABRICANTE: FOSHANKEYHUB (IMPORTADO) (RMS (80124940001)) <u>Acessórios</u> COPO UMIDIFICADOR MARCA/FABRICANTE: UNITEC (RMS 10432300011); CATETER NASAL MARCA LUMIAR / FABRICANTE HANGZHOU SUPERDS (RMS 80488290011); EXTENSÃO MARCA LUMIAR /FABRICANTE ENTER MEDICAL (RMS 80488290005); MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA MARCA LUMIAR (RMS 80488290001) OXIGENIO MARCA LUMIAR (DISPENSA RMS)	R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)	R\$ 31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais)

LUM

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexandra.mani@lumiarsaude.com.br

LUMIAR**Saúde**

Terapia Respiratória

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPUNGA
 FLS
 219
 LEI: 10.520.2002
 COMISSÃO DE PREGAÇÃO
 COMISSÃO DE PREGAÇÃO

				<p>CILINDRO MARCA MATT - (DISPENSA RMS)</p> <p>FLUXOMETRO E VALVULAS REGULADORAS PARA CILINDROS MARCA LUMIAR/ FABRICANTE JG MORIYA (RMS 10349590102)</p>		
2	08	Mês	<p>LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.</p>	<p>CONCENTRADOR MODELO ACTIVOX XYC100B/LIFE CHOICE MARCA / FABRICANTE INOVALABS - EUA (RMS 10320090026)</p> <p>ACESSÓRIOS</p> <p>- CATETER NASAL RM S 80488290011 MARCA:LUMIAR (FABRICANTE BESMED):</p>	R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)	R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)
3	08	Mês	<p>LOCAÇÃO DE ASPIRADORES DE SECREÇÃO, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.</p>	<p>ASPIRADOR ASPIRAMAX (RMS 10355390022) MARCA / FABRICANTE - NS - BRASIL</p>	R\$ 70,00 (setenta reais)	R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais)
4	08	Mês	<p>LOCAÇÃO DE BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - BINIVEL, GERADOR DE FLUXO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA (SUPORTE DE PRESSÃO COM GARANTIA DE VOLUME MÉDIO ATRAVÉS DA OSCILAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA) DEVE CONTEMPLAR OS MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS DE PRESSÃO 5, ST E PC (ESPONTÂNEO, ESPONTÂNEO CONTROLADO, CONTROLADO E PRESSÃO CONTROLADA), VISOR COM INDICADORES NUMÉRICOS DE PARAMETROS AJUSTÁVEIS; COM AJUSTE, DEPRESSÃO, LNSPLAA1 61 21AE, EXPIRATÓRIA, COMPENSAÇÃO, AUTOMÁTICA NA PRESENÇA DE VAZAMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 60 L/MIN; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BI VOLT 120/1220 VOLTS AUTOMÁTICO; OS 04 AJUSTES VENTILATÓRIOS DEVEM PERMITIR OS INTERVALOS DE NO MÍNIMO IPAD DE 4 A 30 CM DE 1120, EPAP DE 4 A 20 CM H20, CPAD DE 4 A 20 CM H20; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATÉ 30 1PM, TEMPO, INSPIRATÓRIO DE, A 3 SEGUNDOS, MINUTOS; TEMPO DE SUBIDA 150-6001V15; TELA DE LCD DE PRESSÃO; COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARMES DE FALHA ELÉTRICA,</p>	<p>STELLAR 150 e UMIDIFICADOR H41 RMS: 80047300487 Marca/Fabricante: Resmed Procedência: Importado EUA</p> <p>acessórios</p> <p>Máscara: Modelo NASAL IVOLVE N2BMC ou FACIAL IVOLVE RMS 80117580216 Marca/Fabricante: BMC CO Procedência: Importado China</p> <p>VÁLVULA EXPIRATÓRIA (EXALAÇÃO) / CIRCUITO / CONECTOR RMS 80488290022 Fabricante /Marca: Lumiar Procedência: Nacional Brasil</p> <p>FILTRO PARA VENTILADORES RMS 80488299001 MARCA LUMIAR FABRICANTE BESMED - TAIWAN</p> <p>CATETER MOUNT - (RMS 10349000401) MARCA/ FABRICANTE COVIDIEN - procedência EUA</p>	R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)	R\$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais)

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD SÃO CAETANO - SÃO CAETANO DO SUL - SP

TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	DESCONEXÃO, APNÉIA, VOLUME MINUTO BAIXO, MONITORAMENTO: VAZAMENTO NÃO INTENCIONAL, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, VOLUME TOTAL EXPIRADO. ACOMPANHADO DE BASE DE UMIDIFICAÇÃO DEVERA SER ENTREGUE ANUALMENTE PARA CADA EQUIPAMENTO: 01 FILTRO BACTERIOLÓGICO, 01 CIRCUITO (TRAQUEIAS), 01(CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO), 01 MASCARA FACIAL/NASAL. INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	
--	---	--

Declaramos que nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.

VALIDADE DA PROPOSTA (60 sessenta) dias

PAGAMENTO: O pagamento será realizado mediante a prestação do serviço até 10 (dez) dias úteis para pagamento, a partir da data da atestação da nota fiscal. A nota fiscal deverá ser atestada pelo setor competente no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da sua apresentação pela CONTRATADA

PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução para fornecimento do(s) serviço(s) objeto desta contratação se dará a partir da data da assinatura do contrato pelo período de **até 31 de Dezembro de 2017**, podendo ser prorrogado na forma da lei.

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO/ ATA DE REGISTRO

E-mail para envio de contrato: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br	
Telefone para contato: Celular: (13)991741152	
Telefone/Fax: (11) 37750732	
Nome do responsável pela assinatura do contrato: Alexsandra Ciotta Mani	
CPF: 222.421.438-32 RG: 34.971.911-1	
Endereço: Rua Napoleão Laureano nº124 - Apto 51 - Santos/SP	
Estado civil: Casada	Nacionalidade: Brasileira
Outorga por meio de: Procuração (x)	Contrato Social ()
Dados Bancários: Banco do Bradesco (237) - Agencia 591.6 Conta Corrente N°83001-1	
Destinatário: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	

São Caetano do Sul 01 de Junho de 2017.

Alexsandra Ciotta Mani

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP

TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br

LUMIAR

Saúde

Terapia Respiratória

ANA VIRGINIA CARVALHÊDO
REPRESENTANTE COMERCIAL
REGISTRO PROFISSIONAL Nº ID. 12485 CRF CE
CPF 398731613-68.



05.652.247/0001-061
LUMIAR HEALTH BUILDERS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Guido Aliberti, 3005
Jd São Caetano - CEP 04581-680
São Caetano do Sul - SP

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br

DECLARAÇÃO CUSTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0505.01/2017/PP

DATA DO PREGÃO 01 /06 / 2017

A empresa **LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 05.652.247/0001-06 com sede localizada na Av. Guido Aliberti, nº3005 Bairro Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de SP, CEP 09.581-680, por seu representante abaixo assinado, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que nos preços unitários e totais estão computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

São Caetano do Sul 25 de Maio de 2017.

MOREIRA
DE DEUS

Maria Virginia Carvalhêdo

ANA VIRGINIA CARVALHÊDO
REPRESENTANTE COMERCIAL
REGISTRO PROFISSIONAL Nº ID. 12485 CRF CE
CPF 398731613-68.



05.652.247/0001-06
LUMIAR HEALTH BUILDERS
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Av. Guido Aliberti, 3005
Jd São Caetano - CEP 09581-680
São Caetano do Sul - SP

LUMIAR SAÚDE

CORRESPONDENCIA: AV. GUIDO ALIBERTI Nº 3005 - JD SÃO CAETANO – SÃO CAETANO DO SUL – SP
TEL. 11. 3775.0732 FAX 11. 3775.0734 EMAIL: Alexsandra.mani@lumiarsaude.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE ITATINGA
 FLS
 124
 COMISSÃO DE PREGÃO
 Nº 10.526/2002

Imagine viver a vida ao máximo.



Energia para Estar Ativo

O Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox pesa 2,19 kg (4,8 lbs) e fornece uma fonte constante de oxigênio em um dispositivo portátil. É alimentado e recarregado por um adaptador CA/CC para uso doméstico ou móvel, e que pode ser recarregado enquanto está funcionando, em qualquer ambiente. O Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox também oferece até 12 horas de bateria portátil.* Nada de rodinhas, rebis ou solicitações mensais de serviços do fornecedor!



O Poder da Terapia 24/7

O Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox implementa a Tecnologia de Modo Automático que ajusta automaticamente a terapia do paciente com base na demanda de oxigênio.

- Durante a Atividade — o Modo Automático dá suporte a ritmos respiratórios mais altos
- Durante o Sono — o Modo Automático se ajusta para proporcionar mais sensibilidade na detecção da respiração, para manter a saturação a noite toda

O Poder do PULSE-WAVE™

A exclusiva Tecnologia PULSE-WAVE™ libera oxigênio continuamente com muito mais eficiência — durante os primeiros 30% do período respiratório. Isso garante o recebimento do oxigênio, minimizando efeitos colaterais desconfortáveis.



NOVO!
 breaking boundaries



Poder Viável

O Standard Package inclui todos os elementos necessários à facilidade de uso e à portabilidade.

- Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox
- Bateria Interna de 12 Horas em 1 LPM[†]
- Estojo de Transporte em 4 Versões com Cintas Ajustáveis (Mochoila, Alça a Tiracolo, Pocheira, Malera)
- Adaptador/Carregador CA/CC
- 2 m (7 pés) de Câmara Nasal*
- Bolsa de Acessórios
- Garantia Padrão Limitada a 3 Anos (1 Ano para Bateria, Filtro e Acessórios)

Para saber mais, visite o site www.InovaLabs.com


*Bateria externa opcional com autonomia de 3 horas disponível (não incluída no Standard Package).
 †A Câmara Nasal pode não estar incluída. Com base nos requisitos locais.



Como Receber Hoje um Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox

1. Solicite uma receita médica indicando o "Concentrador de Oxigênio Portátil LifeChoice Activox" com o requisito "Não Substituir".

2. Contate o seu fornecedor local de oxigênio





Aspiradores Cirúrgicos



		Aspiramax MA520-60	Aspiramax MA520-12	Aspiramax MA520-12V C/B	
Características Técnicas	Cores predominantes	Roxo e Branco	Verde e Branco	Verde e Branco	
	Tensão de alimentação	127/220 VAC	12VDC	110-220VAC 10,5-14,5VDC	
	Frequência de alimentação	60Hz	-	50/60Hz	
	Potência	160VA	22W	100VA 36W	
	Intensidade sonora	61,5dBA	59dBA	59dBA	
	Capacidade do recipiente	1300ml	1300ml	1300ml	
	Motor	1/33HP	1/25HP	1/25HP	
	Vácuo sem recipiente acoplado (6)	0-600mmHg	0-560mmHg	0-560mmHg	
	Vazão (fluxo livre)	19,5L/min.	20L/min.	20L/min.	
	Tipo do motor	Indução	Escova	Escova	
	Lubrificação	Isento	Isento	Isento	
	Regulador de vácuo	Sim	Sim	Sim	
	Vacuômetro analógico	-	-	Sim	
	Bateria interna recarregável (1)	-	-	Sim (12Vdc-4,5Ah-chumbo ácido, selada)	
	Permite a carga da bateria e a utilização da função aspiração de forma simultânea	-	-	Sim	
	Circuito interno para carga de bateria	-	-	Sim	
	Chave eletrônica para armazenamento do produto (para preservar a bateria)	-	-	Sim	
	Circuito de operação da bateria que não permite o uso com carga baixa (para preservar a bateria)	-	-	Sim	
	Led indicador	-	-	Amarelo aceso - Alimentação Externa. Carregando a bateria Vermelho piscante - Bateria com carga baixa Verde piscante - Bateria com carga média Verde aceso - Bateria com carga alta	
	Alarme sonoro de bateria com carga baixa	-	-	Sim	
	Modo de operação		Curta duração	Contínuo	Contínuo
			Ligado - Máximo 40min		
			Desligado - Mínimo 40min		
	Acessórios	Cabo adaptador veicular	-	Sim	Sim
		Filtro de micropartículas	-	-	Sim
		Filtro de ar	Sim	Sim	-
		Cinta de travamento	Sim	Sim	Sim
		Recipiente com tampa	Sim	Sim	Sim
Bolsa para transporte		-	-	Sim	
Tubo de sucção		Sim	Sim	Sim	
Extensão (Mangueira)	Sim	Sim	Sim		
Proteção antibacteriana (3)	Sim	Sim	Sim	200 ciclos de carga e descarga	
Vida útil da bateria	-	-	-	Indeterminada	
Validade do aparelho	Indeterminada	Indeterminada	Indeterminada	Indeterminada	
Vida útil do aparelho	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	
Validade dos acessórios	5 anos	5 anos	5 anos	5 anos	
Vida útil dos acessórios	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	
Garantia (2)	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	
Registro Anvisa	10355390016	10355390016	10355390011	10355390011	
Certificação INMETRO (5)	Sim	Sim	Sim	Sim	
Aparelho (4)	Peso	2,07Kg	1,54Kg	3,81Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	20,5x30,3x13,7	20,5x30,3x13,7	21,0x30,3x15,5	
Embalagem individual	Peso total	2,50Kg	2,10Kg	5,00Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	22,2x17,5x35,5	22,2x17,5x35,5	26,0x24,0x38,0	
Caixa coletiva	Peso Bruto	11,00Kg	9,10Kg	5,4Kg	
	Dimensões (AxLxP) (cm)	25,0x37,0x72,5	25,0x37,0x72,5	25,0x23,4x38,0	
	Quantidade por caixa	4	4	1	
Informações para Distribuidores	Classificação Fiscal (NCM)	90189099	90189099	90189099	
	Aliquota de IPI	8,00%	8,00%	8,00%	
	Código de barra caixa individual (EAN13)	7896436900068	7896436901904	7896436903281	
	Código de barra caixa coletiva (EAN14)	1.789643690006.5	1.789643690190.1	1.789643690328.8	
Sistema de Segurança	Sistema anti-transbordamento	Sim	Sim	Sim	
	Fusível 2,5A (T) substituível pelo usuário	Sim	-	-	
	Protetor térmico	Sim	-	-	
	Fusível 2,0A (F) do cabo adaptador veicular	-	Sim	Sim	

(1) Quando a bateria estiver totalmente carregada garante um funcionamento de no mínimo 45 minutos (2) Consulte o termo de garantia no manual de instruções (3) Na tampa e no recipiente (4) Com tampa e recipiente (5) Atende a portaria do INMETRO nº350 de 06/09/2010 (6) Valores máximos
Nota geral: Valores contidos nesta tabela são valores aproximados.

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação


Detalhe do Produto: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MERCURY

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH CARE LTDA. EPP		
CNPJ:	02.008.681/0001-60	Autorização:	8012494
Produto:	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MERCURY		
	MERCURY 3LPM		
Modelo Produto Médico:	MERCURY 5LPM		
Nome Técnico:	Concentrador de Oxigenio		
Registro:	80124940001		
Processo:	25351.654013/2015-77		
Origem do Produto	FABRICANTE : Foshan Keyhub Electronic Industries Co., Ltd. - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Ouvida Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: Cateter Nasal Lumiar

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	05.652.247/0001-06	Autorização:	8048829
Produto:	Cateter Nasal Lumiar		
Modelo Produto Médico:	Cateter Nasal Lumiar Prong Reto Adulto Expandido. Cateter Nasal Lumiar Prong Reto Adulto. Cateter Nasal Lumiar Prong Reto Infantil. Cateter Nasal Lumiar Prong Reto Pediátrico. Cateter Nasal Lumiar Prong Abaulado Adulto. Cateter Nasal Lumiar Prong Abaulado Infantil. Cateter Nasal Lumiar Prong Abaulado Pediátrico. Cateter Nasal Lumiar Prong Abaulado Neonatal. Cateter Nasal Lumiar Prong Curvo Adulto. Cateter Nasal Lumiar Prong Curvo Infantil. Cateter Nasal Lumiar Prong Curvo Pediátrico. Cateter Nasal Lumiar Prong Curvo Neonatal.		
Nome Técnico:	Cateteres		
Registro:	80488290011		
Processo:	25351.439148/2014-65		
Origem do Produto	FABRICANTE : HANGZHOU SUPERDS INDUSTRY CO., LTD. - CHINA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

J *♥*

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Instituições Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Profissional Setor
Cidadão de Saúde Regulado

Detalhe do Produto: MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL LUMIAR

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	05.652.247/0001-06	Autorização:	8048829
Produto:	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL LUMIAR		
	Máscara para Traqueostomia Descartável Lumiar Adulto		
Modelo Produto Médico:	Máscara para Traqueostomia Descartável Lumiar Infantil		
Nome Técnico:	Mascaras		
Registro:	80488290001		
Processo:	25351.235131/2013-27		
Origem do Produto	FABRICANTE : NINGBO BESMED MEDICAL EQUIPMENT CORP. - CHINA FABRICANTE : BESMED HEALTH BUSINESS CORP. - TAIWAN		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the text "COMISSÃO DE PREGAÇÃO" and "LEI: 10.520/2012".

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO**

Nome da Empresa:	UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	50.328.590/0001-54	Autorização:	1043230
Produto:	CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO		
Modelo Produto Médico:	REF.: 064 CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML E PORCA EM NYLON		
	REF.: 064A CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM FRASCO DE PVC 250ML E PORCA EM METAL		
	REF.: 064N CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM COPO DE POLICARBONATO 400ML E PORCA EM NYLON		
	REF.: 065 CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO COM COPO DE POLICARBONATO 400ML E PORCA EM METAL		
Nome Técnico:	Umificador para Terapia Intensiva		
Registro:	10432300011		
Processo:	25351.130930/2006-31		
Origem do Produto	FABRICANTE : UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **EXTENSÃO DE OXIGÊNIO LUMIAR**

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	05.652.247/0001-06	Autorização:	8048829
Produto:	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO LUMIAR		
Modelo Produto Médico:	Extensão de Oxigênio Lumiar 10m		
	Extensão de Oxigênio Lumiar 15m		
	Extensão de Oxigênio Lumiar 20m		
	Extensão de Oxigênio Lumiar 2m		
	Extensão de Oxigênio Lumiar 5m		
	Extensão de Oxigênio Lumiar 7m		
Nome Técnico:	Extensor		
Registro:	80488290005		
Processo:	25351.647502/2013-54		
Origem do Produto	FABRICANTE : ENTER MEDICAL CORPORATION - TAIWAN		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Instituições Anvisa Dócuqa Serviços Áreas de Atuação Legislação



Espaço Cidadão Profissional de Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: VENTILADOR HOME CARE

Nome da Empresa:	MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ:	03.580.620/0001-35	Autorização:	8004730
Produto:	VENTILADOR HOME CARE		
Modelo Produto Médico:	STELLAR 100; STELLAR 150		
Nome Técnico:	CPAP de Nivel Duplo		
Registro:	80047300487		
Processo:	25351.374161/2013-28		
Origem do Produto	FABRICANTE : RESMED LTD. - AUSTRÁLIA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2007 Anvisa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Instituição Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Espaço Cidadão Profissional da Saúde Setor Regulado

Detalhe do Produto: **FILTRO BACTERIOLÓGICO LUMIAR**

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	05.652.247/0001-06	Autorização:	8048829
Produto:	FILTRO BACTERIOLÓGICO LUMIAR		
Modelo Produto Médico:	Filtro Bacteriológico Lumiar		
Nome Técnico:	Filtro para Ventilacao Mecanica		
Registro:	80488299001		
Processo:	25351.539677/2013-59		
Origem do Produto	FABRICANTE : NINGBO BESMED MEDICAL EQUIPMENT CORP. - CHINA FABRICANTE : BESMED HEALTH BUSINESS CORP. - TAIWAN		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller initials scattered throughout the lower half of the page.

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: **CATETER MOUNT DAR**

Nome da Empresa:	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.		
CNPJ:	01.645.409/0001-28	Autorização:	1034900
Produto:	CATETER MOUNT DAR		
Modelo Produto Médico:	Comprimentos: 5, 7, 10, 15, 7/16 cm.		
Nome Técnico:	Circuitos Respiratorios		
Registro:	10349000401		
Processo:	25351.352791/2013-56		
Origem do Produto	FABRICANTE : COVIDIEN IIC, MANSFIELD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR


Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária

www.anvisa.gov.br



Anvisa

Anvisa divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Detalhe do Produto: **IVOLVE MASK**

Nome da Empresa:	EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ:	04.967.408/0001-98
Produto:	Autorização: 8011758 IVOLVE MASK
Modelo Produto Médico:	Partes da Ivolve Nasal Mask: almofada de testa ; suporte de testa ; estrutura principal ; estrutura da almofada ; almofada (P, M e G) ; almofada fina (P/M e G) ; cotovelo ; cliques ; tampa da porta ; peça giratória ; peça vicegiratória ; arnês ; Partes da Ivolve N2 Nasal Mask: almofada de testa ; estrutura principal (com suporte de testa) ; almofada (P, M e G) ; cotovelo ; peça giratória ; cliques ; tampa da porta ; arnês ; Partes da Ivolve Full Face Mask: almofada de testa ; armação da testa ; armação principal ; cotovelo ; coletor ; corpo da válvula ; válvula ; rosca ; presilhas ; vicrosca ; armação alcochoada ; alcochoamento ; almofada fina ; tiras da cabeça ;
Nome Técnico:	Mascaras
Registro:	80117580216
Processo:	25351.622233/2013-29
Origem do Produto	FABRICANTE : BMC MEDICAL CO., LTD. - CHINA
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro:	VIGENTE
<< VOLTAR	

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional Anvisa Divulga Serviços Áreas de Atuação Legislação

Detalhe do Produto: Circuito Descartável Lumiar

Nome da Empresa:	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
CNPJ:	05.652.247/0001-06	Autorização:	8048829
Produto:	Circuito Descartável Lumiar		
Modelo Produto Médico:	<p>ACESSÓRIOS: V004 – Porta de Entrada de O2; LP02 – Linha de Pressão; AL01 – Apoio de Linha de Pressão; CD01 – Copo Dreno Descartável.</p> <p>MODELOS: <ul style="list-style-type: none"> • L101 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V001 – Válvula de Exalação; • L102 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V002 – Válvula de Exalação; • L103 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR008 – Traquéia Descartável; CON001 – Conector Reto; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; CON006 – Conector T; V001 – Válvula de Exalação; • L104 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V003 – Válvula de Exalação; • L105 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR004 – Traquéia Descartável; TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V002 – Válvula de Exalação; • L106 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR004 – Traquéia Descartável; TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V001 – Válvula de Exalação; • L107 – CIRCUITO SIMPLES LUMIAR: TR004 – Traquéia Descartável; TR010 – Traquéia Descartável; CON002 – Conector Cotovelo; CON005 – Tampa de Circuito; V003 – Válvula de Exalação; </p>		
Nome Técnico:	Circuitos Respiratorios		
Registro:	80488290022		
Processo:	25351.274005/2015-62		
Origem do Produto	FABRICANTE : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2005 Anvisa

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Ministério da Saúde

Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO



[Início](#)
[Área Cidadão](#)
[Áreas de Atuação](#)
[Legislação](#)


Detalhe do Produto: ASPIRADOR CIRÚRGICO

Nome da Empresa:	NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA.		
CNPJ:	62.515.952/0001-03	Autorização:	1035539
Produto:	ASPIRADOR CIRÚRGICO		
	ASPIRAMAX MA-520 12		
Modelo Produto Médico:	ASPIRAMAX MA-520 60		
Nome Técnico:	Aspirador Cirurgico		
Registro:	10355390022		
Processo:	25351.005569/2014-66		
Origem do Produto	FABRICANTE : NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. - BRASIL		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) - Trecho 5 - Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa


 Ministério da Saúde


 Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
www.anvisa.gov.br

CONSULTA PRODUTO CORRELATO


[Inscrição em R](#)
[Anvisa Online](#)
[Serviços](#)
[Áreas de Atuação](#)
[Legislação](#)
Detalhe do Produto: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ACTIVOX

Nome da Empresa:	HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP		
CNPJ:	64.835.721/0001-02	Autorização:	1032009
Produto:	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ACTIVOX		
Modelo Produto Médico:	XYC100B - CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ACTIVOX		
Nome Técnico:	Concentrador de Oxigenio		
Registro:	10320090026		
Processo:	25351.753325/2013-20		
Origem do Produto	FABRICANTE : INOVA LABS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Pregoeira
Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE
Processo nº 0505.01/2017/PP
Modalidade: Pregão Presencial
Data de Abertura: 01/06/2017
Horário de Abertura: 09h:00m
Ref.: Proposta de preços

OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL; ASPIRADOR DE SECREÇÃO; BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA; CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE 05 LITROS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ACESSÓRIOS INCLUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas no Pregão Presencial acima mencionado.

Perfaz o valor global da presente proposta em R\$113.200,00 (Cento e Treze Mil e Duzentos Reais)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO 5L, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	MÊS	08	R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)	R\$36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)
02	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PORTÁTIL, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	MÊS	08	R\$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)	R\$19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS)
03	LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) ASPIRADORES DE SECREÇÃO, COM ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSOS.	MÊS	08	R\$850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

04	<p>LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BIPAP COM FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA - BINIVEL, GERADOR DE FLUXO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA (SUPORTE DE PRESSÃO COM GARANTIA DE VOLUME MÉDIO ATRAVÉS DA OSCILAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA) DEVE CONTEMPLAR OS MODOS VENTILATÓRIOS MÍNIMOS DE PRESSÃO S, ST, T E PC (ESPONTÂNEO, ESPONTÂNEO CONTROLADO, CONTROLADO E PRESSÃO CONTROLADA), VISOR COM INDICADORES NUMÉRICOS DE PARÂMETROS AJUSTÁVEIS; COM AJUSTE, DEPRESSÃO, LNSPLAAI6121A E, EXPIRATÓRIA, COMPENSAÇÃO, AUTOMÁTICA NA PRESENÇA DE VAZAMENTO MAIOR OU IGUAL QUE 60 L/MIN; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BI VOLT 1201220 VOLTS AUTOMÁTICO; OS AJUSTES VENTILATÓRIOS DEVEM PERMITIR OS INTERVALOS DE NO MÍNIMO IPAP DE 4 A 30 CM DE 1120, EPAP DE 4 A 20 CM H20, CPAP DE 4 A 20 CM H20; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ATE 30 1PM, TEMPO, INSPIRATÓRIO DE, A 3 SEGUNDOS, MINUTOS; TEMPO DE SUBIDA 150-600MS; TELA DE LCD DE PRESSÃO: COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO; ALARMES DE FALHA ELÉTRICA, DESCONEXÃO, APNÉIA, VOLUME MINUTO BAIXO. MANITORAMENTO: VAZAMENTO NÃO INTENCIONAL, FREQUENOJA RESPIRATÓRIA, VOLUME MINUTO, VOLUME TOTAL</p>	MÊS	08	R\$6.400,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)	R\$51.200,00 (CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS)
----	--	-----	----	--	---

EXPIRADO. ACOMPANHADO DE BASE DE UMIDIFICAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE ANUALMENTE PARA CADA EQUIPAMENTO: 01 FILTRO BACTERIOLÓGICO, 01 CIRCUITO (TRAQUEIAS), 01 (CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO), 01 MASCARA FACIAL NASAL. INCLUSO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.				
---	--	--	--	--

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA POR 08 (OITO) MESES: R\$113.200,00 (CENTO E TREZE MIL E DUZENTOS REAIS)

Obs.: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos sociais, taxas e seguros, quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma e condições previstas no Edital e seus Anexos.

Razão Social: Locmed Hospitalar Ltda;

CNPJ Nº.: 04.238.951/0001-54;

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1719 – Lojas 04 a 10 – Aldeota – Fortaleza – CE – CEP: 60.150-160;

Fone: (85)3033.2727

Fax: (85)3033.2704

Email: licitacao@locmed.com.br


Banco: Banco do Brasil-Agência;

Agência Nº: 1369-2;


Conta Corrente Nº: 108237-X;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Fortaleza-CE, 01 de Junho de 2017.



LOCMED HOSPITALAR LTDA.
CARLOS ALBERTO MENDES SOUSA
PROMOTOR DE VENDAS



DECLARAÇÃO


À
Prefeitura Municipal de Itaitinga
Ref.: Pregão Presencial nº 0505.01/2017/PP

A **LOCMED HOSPITALAR LTDA.** com sede na Av. Santos Dumont, 1719-Lojas 04/05-Aldeota - Fortaleza-CE inscrita no CNPJ sob o número 04.238.951/0001-54 e Inscrição Estadual 06.685.718-00, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Itaitinga, Estado do Ceará, que as propostas de preço serão consideradas de acordo com os anexos deste edital, por GLOBAL, expressa em Real (R\$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protestos

Fortaleza-CE, 18 de Maio de 2017.


LOCMED HOSPITALAR LTDA.
CARLOS ALBERTO MENDES SOUSA
PROMOTOR DE VENDAS

1o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 2,58 FERN: 0,17 FERD: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheço por semelhança firma(s) de:
CARLOS ALBERTO MENDES SOUSA *****

Fortaleza, 24/05/2017 16:41:42 28470
EM TESTEMUNHO DA VERDADE


Taciano Lira Gonçalves - Escrevente - CTPS
56519
VALIDO SOMENTE COM

EXATA C. SILVA P. DA COSTA
Auxiliar de Cartório
CTPS 3575542

